

KBC »DR DRAGIŠA MIŠOVIĆ – DEDINJE«  
Heroja Milana Tepića br. 1  
Broj: 01- 6060/5  
Datum: 23.06.2015. godine

Predmet: Pojasnjenje konkursne dokumentacije (br.III) (postupak br.11/15), Laboratorijski potrošni materijal, po partijama

Veza: Zahtev e-mail od 22.06.2015.godine

Poštovani, u vezi zahteva, radi pojašnjenja konkursne dokumentacije, u postupku javne nabavke, Laboratorijski potrošni materijal, po partijama, obaveštavamo Vas sledeće:

**Pitanje ponuđača:**

Poštovani,

1. Da li je prihvatljivo dostaviti izvode iz kataloga na engleskom jeziku, jer su troškovi prevođenja jako visoki, takođe da li ste te iste troškove uračunali u procenjene vrednosti partija?

2. Partija br.4, stavka br.19, kako bi bili u mogućnosti da odgovorimo na Vaš zahtev molim da precizirate prečnik sahatnog stakla koji Vam je potreban?

**Odgovor Naručioca:**

1. Prevod kataloga se mora dostaviti ali ne mora biti overen od strane sudskog tumača.

2. Sahatno staklo - prečnik 5 - 7 cm.

Zahvaljujemo se na saradnji,



**Komisija za javnu nabavku**