

KBC »DR DRAGIŠA MIŠOVIĆ – DEDINJE«

Heroja Milana Tepića br. 1

Broj: 01-5598/6

Datum: 18.06.2015. godine

Predmet: Pojašnjenje (br. III) konkursne dokumentacije (postupak br.08/15), Opšti specifični potrošni, ugradni i sanitetski materijal, po partijama.

Veza: E-mail zahtev od 15.06.2015.godine.

Poštovani, u vezi pojašnjenja konkursne dokumentacije, u postupku javne nabavke Opšti specifični potrošni, ugradni i sanitetski materijal, po partijama, obaveštavamo Vas sledeće:

Pitanje ponuđača:

Poštovani,

U vezi javne nabavke – JN 08/15, na osnovu člana 63, stav 2, Zakona o javnim nabavkama, molimo Vas za dodatno pojašnjenje:

1. Od kog su materijala traženi Foley kateteri iz partije broj 24?
2. Takođe nas interesuje od kog su materijala traženi Tiemann-ovi kateteri sa balonom iz partije 28?

Odgovor Naručioca:

Poštovani,

1. Traženi Foley kateteri su od lateksa, ali presvučeni silikonom, tj silikonizirani.
2. Tiemann-ovi kateteri su od lateksa, silikonizirani.

Zahvaljujemo se na saradnji,



Komisija za javnu nabavku