

KBC »DR DRAGIŠA MIŠOVIĆ – DEDINJE«

Heroja Milana Tepića br. 1

Broj: 01-5598/5

Datum: 12.06.2015. godine

Predmet: Pojašnjenje (br. II) konkursne dokumentacije (postupak br.08/15), Opšti specifični potrošni, ugradni i sanitetski materijal, po partijama.

Veza: E-mail zahtev od 10.06.2015.godine.

Poštovani, u vezi pojašnjenja konkursne dokumentacije, u postupku javne nabavke Opšti specifični potrošni, ugradni i sanitetski materijal, po partijama, obaveštavamo Vas sledeće:

Pitanje ponuđača:

Poštovani,

Naša firma se bavi proizvodnjom i prodajom papira za medicinsku dijagnostiku i na tržištu smo prisutni više od 20 godine i posedujemo validna rešenja od strane Ministarstva zdravlja i ALIMS-a, - Agencija za lekove I medicinska sredstva za sav proizvodni program. Posedujemo sve važeće sertifikate o kvalitetu: ISO 9001 – standard kvaliteta menadžmenta, ISO 13485 – standard za proizvodnju medicinskih sredstava klase I i Im i CE znak.

U tenderskoj dokumentaciji, koju ste raspisali – Opšti specifični potrošni, ugradni I sanitetski material, po partijama, JN 8/15 kao dodatni uslov za partiju 2, na stranici 7, raspisano je sledeće:

“PARTIJA 2: Neophodno je dostaviti izjavu izdatu od strane proizvođača uređaja kojom se potvrđuje da u ponuđeni papiri u predmetnoj javnoj nabavci apsolutno kompatibilni sa uređajima “Schiller” AT- 1 I AT-2 plus/CS200”.

Isto je bilo raspisano I na prethodnoj nabavci, JN 02/15, za partiju 2, pa je 14.04.2015. godine donesena Odluka o obustavljanju postupka 01-859/23-1 za partiju 2. U obrazloženju koje ste Vi naveli, napisali ste sledeće:

“Naručilac će ponoviti postupak javne nabavke za navedene partije kroz novi otvoreni postupak uz izmenjenu konkursnu dokumentaciju, s obzirom da se kroz ovaj postupak I zahtevani uslov u konkursnoj dokumentaciji onemogućilo učestvovanje eventualnih potencijalnih ponuđača”.

Pitanje:

1. Ako ste ponovili postupak zbog pogrešno raspisanih dimenzija I zahtevanih uslova, zbog čega ste ponovo tražili isti uslov I raspisali partiju na indentičan, pogrešan način?
2. Da li je moguće izbaciti iz tenderske dokumentacije traženi uslov, kako ne bi smo ponovo došli do iste situacije, da se tender obara zbog greške u pisanju dokumentacije?

Odgovor Naručioca:

Poštovani,

Obaveštavamo Vas da Naručilac ostaje pri zahtevanom dodatnom uslovu za partiju 2, iz razloga jer nam je neophodna apsolutna kompatibilnost sa postojećim uređajima potvrđena od strane proizvođača.

Tehnička greška iz prošlog tendera se odnosi isključivo na ispunjavanje zahtevanog uslova kroz tehničku specifikaciju, tačnije zahtevane dimenzije.

Zahvaljujemo se na saradnji,



Komisija za javnu nabavku