

KBC »DR DRAGIŠA MIŠOVIĆ – DEDINJE«

Heroja Milana Tepića br. 1

Broj: 01-5598/9

Datum: 22.06.2015. godine

Predmet: Pojašnjenje (br. VI) konkursne dokumentacije (postupak br.08/15), Opšti specifični potrošni, ugradni i sanitetski materijal, po partijama.

Veza: E-mail zahtev od 18.06.2015.godine.

Poštovani, u vezi pojašnjenja konkursne dokumentacije, u postupku javne nabavke Opšti specifični potrošni, ugradni i sanitetski materijal, po partijama, obaveštavamo Vas sledeće:

Pitanje ponuđača:

Poštovani,

Dozvolite da primetimo da ste partiju br. 32 vrlo precizno definisali, shodno kataloškim karakteristikama samo jednog proizvođača (Mallinckrodt):

Silikonizirani armirani tubusi (čelična spirala) sa kafom velikog volumena malog pritiska, sa Murphy otvorom sa strane, građuisan, sa konektorom, sa Rtg neprozirnom linijom,sterilni, bez lateksa,za jednokratnu upotrebu.

Brojevi: 3.5 (ID 3.5 mm OD_____); 4 (ID 4 mm OD 7 mm); 4.5(ID 4.5 mmOD 7.5); 5 (ID 5 mmOD 8.4 mm); 6.5 (ID 6.5 mmOD 9mm); 7 (ID 7mm OD 10.4 m); 7.5 (ID 7.5 mmOD 10mm); 8.5 (ID 8.5 mmOD 11mm); 9 (ID 9 mmOD 12.4 mm); dužina od 24cm do 37cm zavisno od veličine tubusa

čime značajno ugrožavate načelo obezbeđivanja konkurencije (član 9 ZJN), te Vas ljubazno molimo da nam potvrdite da ćete uzeti u razmatranje ekvivalentna sredstva (sa varijacijama u spoljašnjem obimu tubusa), što je uobičajena praksa u zdravstvenim ustanovama.

Odgovor Naručioca:

Poštovani,

Obaveštavamo Vas da Naručilac ostaje pri zahtevanoj tehničkoj speifikaciji.

Zahvaljujemo se na saradnji,



Komisija za javnu nabavku