

KBC «Dr Dragiša Mišović-Dedinje»  
Beograd, Heroja Milana Tepića 1  
Broj: 01-8245/8  
Datum: 17.09.2015. god

**Predmet: Dodatno pojašnjenje konkursne dokumentacije - Kardio monitor-monitor vitalnih funkcija za intenzivnu negu – 3 kom (red.broj: I – 3/15)**

**Veza: E-mail zahtev od 14.09.2015.godine.**

Poštovani, u vezi pojašnjenja konkursne dokumentacije, u postupku javne nabavke, kardio monitor-monitor vitalnih funkcija za intenzivnu negu – 3 kom (red.broj: I – 3/15) obaveštavamo Vas sledeće:

**Pitanje ponuđača:**

Poštovani,

Stavka: Softver sa funkcijom predviđanje akutne koronarne ishemije

Stavka: Kontinualni monitoring QT/QTc - kontinuirano merenje,uključujući trendove i alarme

U vašem odgovoru na naša predhodno postavljena pitanja niste nam dali potpun odgovor. Molimo Vas da nam preciznije objasnite koji su to monitori REGISTROVANI na teritoriji Republike Srbije a koji ispunjavaju tražene karakteristike. Informacija da postoji više proizvođača monitora koji ispunjavaju tražene karakteristike ne znači previše jer veliki broj proizvođača nema registrovane monitore na teritoriji Republike Srbije.

**Odgovor Naručioca:**

Poštovani,

Smatramo da je u našim dodatnim pojašnjenjima (br. 01-8245/7 od 14.09.2015.god.) dat vrlo detaljan i precizan klinički odgovor/pojašnjenje za obe tražene karakteristike.

Naručilac je svoje zahteve u potpunosti izrazio u skladu sa svojim objektivnim potrebama (čl.71 stav 1 pod 2 ZJN) i objavio nabavku kao otvoreni postupak nudeći mogućnost svim zainteresovanim ponuđačima da učestvuju.

Očekivano je da zainteresovani ponuđači poznaju materiju i oblast vezno za predmet nabavke, kao i da se informišu o registrovanim medicinskim sredstvima. Informacije o medicinskim sredstvima upisanim u registar u Srbiji su javno dostupne na sajtu Agencije za lekove i medicinska sredstva Republike Srbije, izuzev za sredstva koja su u postupku prvog upisa u registar medicinskih sredstava.

Pri formulisanju svog zahteva Naručilac je istraživanjem tržišta utvrdio da postoji barem pet različitih modela monitora i dva proizvođača koji ispunjavaju pomenute karakteristike.

Zahvaljujemo se na saradnji,



**Komisija za javnu nabavku**