

KBC «Dr Dragiša Mišović-Dedinje»
Beograd, Heroja Milana Tepića 1
Broj: 01-8245/7
Datum: 14.09.2015. god

Predmet: Dodatno pojašnjenje konkursne dokumentacije i obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - Kardio monitor-monitor vitalnih funkcija za intenzivnu negu – 3 kom (red.broj: I – 3/15)

Veza: E-mail zahtev od 10.09.2015.godine.

Poštovani, u vezi pojašnjenja konkursne dokumentacije, u postupku javne nabavke, kardio monitor-monitor vitalnih funkcija za intenzivnu negu – 3 kom (red.broj: I – 3/15) obaveštavamo Vas sledeće:

Pitanje ponuđača:

Poštovani,

Stavka : Displej u boji min.15 inča visoke rezolucije sa "touch screen" komandama

Pitanje : Da li je za korisnika prihvatljiv monitor dijagonale 12 inča?

Stavka: Softver sa funkcijom predviđanje akutne koronarne ishemije

Stavka: Kontinualni monitoring QT/QTc - kontinuirano merenje,uključujući trendove i alarme

Stavka: Obračun i prikaz utroška energije izraženog u kCal i respiratornog koeficijenta za procenu metaboličkog statusa

Pitanje: S obzirom da ove 3 stavke može da ispuni samo jedan ponuđač, a to je Arena Meding, zastupnik GE Healthcare (Datex Ohmeda) monitora, molimo vas da ih potpuno izbacite iz tehničke specifikacije. Ove karakteristike su već u istom obliku tražene na javnoj nabavci na Institutu za onkologiju i radiologiju Srbije, kada je bila samo jedna prihvatljiva ponuda, i to od firme Arena Meding, kao i na Institutu za kardiovaskularne bolesti „Dedinje“ gde se ponovila ista scena, da samo jedan ponuđač ispunjava tražene karakteristike. Ako ne želite da izbacite ove karakteristike, molimo Vas da nam date kliničku opravdanost za iste, kao i da nam navedete sve modele monitora koji su REGISTRUVANI na teritoriji Republike Srbije, i koji ispunjavaju tražene karakteristike, jer ste bili u obavezi da ispitajte tržište pre nego što ste raspisali javnu nabavku.

Odgovor Naručioca:

Poštovani,

PITANJE 1: Naručilac ostaje pri svom zahtevu.

PITANJE 2: Pojašnjenje kliničke opravdanosti i zahtev za izostavljanjem :

Stavka: "Softver sa funkcijom predviđanja akutne koronarne ishemije"

Naručilac ostaje pri svom zahtevu.

Predmetna nabavka, kako i sam naziv iste nedvosmisleno ukazuje, da se odnosi na kardio-monitore namenjene za pacijente sa visokim stepenom kardiovaskularnog rizika u intenzivnoj jedinici (koronarnoj jedinici). Softveri i alati koji ukazuju na verovatnoću dobijanja ishemije kod kritično obolelih pacijenata sa koronarnom ishemijom u intenzivnoj jedinici omogućavaju pravovremeno preduzimanje mera pre nastanka neželjenih posledica. Postoji više proizvođača i različitih metoda za predviđanje ishemije na monitorima.

Stavka: "Kontinualni monitoring QT/QTc , uključujući trendove i alarme...."

Naručilac ostaje pri svom zahtevu.

Pacijenti u koronarnoj jedinici (kardiološkoj jedinici intenzivnog lečenja) zahtevaju filigrantski precizno balansiranje elektrolitnog sastava, kao i lekova koje dobijaju. Različite situacije koje mogu nastati usled poremećaja elektrolita ili toksičnosti nekih lekova u specifičnim uslovima, zahtevaju mogućnost preciznog uočavanja novih promena. U slučajevima strukturnog oboljenja srca, poremećaja elektrolita i istovremene terapije sa razlicitim medikamentima prati se

kardiotoksičnost terapije, odnosno produžetak QT intervala zbog specifičnih oblika polimorfne ventrikulske tahikardije "torsade de pointes", kao i produžetka QTc intervala koja može da dovede do ozbiljnih aritmija. Postoji više proizvođača sa QT/QTc monitoringom .

Stavka "Obračun i prikaz utroška energije izraženog u kCal I respiratornog koeficijenta za procenu metaboličkog statusa (inflamacija, bakterijemija/sepsa) "

Naručilac usvaja predlog. Navedena stavka izostavlja se iz dela opciona nodogradnja.

Teški bolesnici, kakvi leže u koronarnoj jedinici, zahtevaju kontrolu potrošnje energije iz bilo kojih razloga, da bi se ista usmerila u ozdravljenje miokarda. Normalno se u takvoj situaciji najpre menja utrošak energije za disanje, sa normalnih 5% na više. Već sa povećanjem energije za obavljanje disajnog rada na 15%, dovodi se u opasnost preživljavanje pacijenta. Zato smatramo da je i ova stavka izuzetno značajna za praćenje ovako kritično obolelih pacijenata. Ipak, kako nismo sigurni da li ovaj uslov može da ispuni vise proizvođača, slažemo se sa predlogom da se navedena stavka izostavi.

Naručilac je objavio izmenjenu verziju konkursne dokumentacije dana 14.09.2015.godine na Portalu javnih nabavki Uprave za javne nabavke, Portalu javnih nabavki grada Beograda i sajtu Naručioca.

U skladu sa ZJN Naručilac je dana 14.09.2015. godine objavio i Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda.

Zahvaljujemo se na saradnji,



Komisija za javnu nabavku