

KBC «Dr Dragiša Mišović-Dedinje»
Beograd, Heroja Milana Tepića 1
Broj: 01-8245/12
Datum: 02.10.2015. god

Predmet: Dodatno pojašnjenje konkursne dokumentacije i obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - Kardio monitor-monitor vitalnih funkcija za intenzivnu negu – 3 kom (red.broj: I – 3/15/2)

Veza: E-mail zahtev od 30.09.2015.godine.

Poštovani, u vezi pojašnjenja konkursne dokumentacije, u postupku javne nabavke, kardio monitor-monitor vitalnih funkcija za intenzivnu negu – 3 kom (red.broj: I – 3/15/2) obaveštavamo Vas sledeće:

Pitanje ponuđača:

Poštovani,
Još jednom Vas molimo da izmenite tehničku specifikaciju za monitore, budući da se na prethodnom otvaranju ispostavilo da niko osim ponuđača Arena Meding ne može da ispuni tražene tehničke karakteristike (s tim što je njihova ponuda odbijena kao neprihvatljiva zbog previšoke cene.) Smatramo da su na ovaj način prekršena pravila javnih nabavki jer je omogućeno da jedan ponuđač postavi nerealno visoku cenu, a na tržištu postoje i drugi kvalitetni monitori sličnih karakteristika koji mogu zadovoljiti vaše potrebe.

Pitanje 1.

Stavka : Displej u boji min.15 inča visoke rezolucije sa "touch screen" komandama

Stavka : Displej u boji min.15 inča visoke rezolucije sa "touch screen" komandama

Pitanje: Da li je za korisnika prihvatljiv monitor dijagonale 12 inča?

Pitanje 2.

Stavka: Softver sa funkcijom predviđanje akutne koronarne ishemije

Pitanje: Molimo vas da ovu stavku u potpunosti izbrišete budući da se ovo odnosi na softver ACI-TIPI koji koristi podatke iz ST dijagrama, ali to je softver koji može da posluži samo kao referenca, a ne u cilju postavljanja dijagnoze. Pored toga, pregledom SVIH monitora koji su registrovani na teritoriji Republike Srbije, utvrdili smo da softver pod tim nazivom poseduju samo dva proizvođača, a to su PHILIPS i GE HEALTHCARE (DATEX OHMEDA) čime je znatno ograničena konkurenčija što nije u skladu sa pravilima javnih nabavki.

Pitanje 3.

Stavka: Kontinualni monitoring QT/QTc - kontinuirano merenje, uključujući trendove i alarne

Stavka: Kontinualni monitoring QT/QTc - kontinuirano merenje, uključujući trendove i alarne

Pitanje: Da li za korisnika prihvatljivo da se ponudi monitor sa merenjem QT/QTc intervala umesto kontinualnog monitoringa QT/QTc?

Pitanje 4.

Stavka: Obračun i prikaz utroška energije izraženog u kCal i respiratornog koeficijenta za procenu metaboličkog statusa

Stavka: Obračun i prikaz utroška energije izraženog u kCal i respiratornog koeficijenta za procenu metaboličkog statusa

Pitanje: S obzirom da ovu stavku može da ispuni samo jedan ponuđač, a to je ARENA MEDING, zastupnik GE HEALTHCARE (DATEX OHMEDA) monitora, molimo vas da je u potpunosti izbacite iz tehničke specifikacije. Pregledom SVIH monitora koji su registrovani na teritoriji Republike Srbije, utvrdili smo da osim njih niko na teritoriji Srbije nema registrovan monitor koji ispunjava ovu tehničku karakteristiku.

Odgovor Naručioca:

Poštovani,

Pitanje 1.

Stavka u konkursnoj dokumentaciji glasi:

"Display u boji min. 12 inča visoke rezolucije, sa "touchscreen" komandama.

Naručilac ostaje pri svom zahtevu.

Pitanje 2.

Naručilac ostaje pri svom zahtevu.

Svi softveri, alati i meranja na pacijent monitoru imaju za cilj da upozore na hemodinamske promene koje mogu biti opasne po pacijenta, a ne da izvrše dijagnozu umesto stručnjaka. To ne znači da ne treba da postoje na opremi, već upravo imaju svrhu važnog upozorenja, obaveštenja, predikcije i sl., a procena stručnjaka je da li će da ih uzme u obzir ili odbaci kod određivanja vrste terapije. Predmet nabavke je "Kardio monitor-za intenzivnu jedinicu", namenjen je za pacijente sa visokim stepenom kardiovaskularnog rizika. U zahtevu jasno stoji da se traži softver koji predviđa akutnu koronarnu ishemiju kako bi ukazao na potencijalne rizike sa neželjenim posledicama.

Korisnik je svoje zahteve izrazio u skladu sa svojim objektivnim potrebama (Čl.71 stav1 pod 2 ZJN)

Naručilac usvaja predlog. Navedena stavka izostavlja se iz dela opciona nadogradnja.

Prihvatiće se ponuda sa monitorom koji ima merenje QT/QTc intervala.

Pitanje 4.

Naručilac usvaja predlog. Navedena stavka izostavlja se iz dela opciona nadogradnja.

Naručilac je objavio izmenjenu verziju konkursne dokumentacije dana 02.10.2015.godine na Portalu javnih nabavki Uprave za javne nabavke, Portalu javnih nabavki grada Beograda i sajtu Naručioca.
U skladu sa ZJN Naručilac je dana 02.10.2015. godine objavio i Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda.

Zahvaljujemo se na saradnji,

Komisija za javnu nabavku

