

КБЦ »ДР ДРАГИША МИШОВИЋ – ДЕДИЊЕ«

Хероја Милана Тепића бр. 1

Број: 01-14595/5

Датум: 10.12.2015. године

Предмет: Појашњење и обавештење о измени конкурсне документације у вези јавне набавке – Потрошни материјал за дијализу – заједнички материјал за све типове дијализних машина, по партијама бр.20/15

Веза: Захтев е-маил од 07.12.2015.године.

Поштовани, у вези појашњења конкурсне документације, у поступку јавне набавке - Потрошни материјал за дијализу – заједнички материјал за све типове дијализних машина, по партијама, бр. 20/15, обавештавамо Вас следеће:

### Питање понуђача:

#### Питање бр. 1:

Један од захтева који потенцијални понуђач треба да испуни, како би његова понуда у ЈН бр. 20/15 обликованој у 3 партије била прихватљива, а који је наведен на страни 9/29 КД у смислу испуњености додатних услова је достављање оригинала или фотокопије каталога произвођача (или делова каталога) којим се доказују тражене карактеристике (ОБАВЕЗНО је да се достави превод на српском језику).

Предлажемо да, у складу са чланом 204. Закона о лековима и медицинским средствима ("Службени Гласник РС бр.30/10 и 107/12), измените КД у делу који се односи на прихватљивост понуде када је у питању достављање доказа (каталога) о испуњењу техничких карактеристика добара, тако да гласи, да понуђач ОБАВЕЗНО мора да достави **Каталог произвођача, одобрен од стране Агенције за лекове и медицинска средства Србије (АЛИМС) и Решење издато од стране АЛИМС-а, којим се одобрава употреба предметног промотивног материјала – каталога за стручну јавност.** Наиме, имајући у виду да добро дефинисано у партији 3 спада у категорију медицинских средстава специфичне намене, за испирање вантелесних система за дијализу, наводи у каталогу, као врсти промотивног материјала, морају бити усаглашени са Упутством за употребу медицинског средства одобреним од стране АЛИМС-а, а потврда за то је посебно Решење АЛИМС-а којим је одобрена употреба каталога.

#### Питање бр. 2:

Назив добра дефинисаног у Партији 3 у Конкурсној документацији за ЈН бр. 20/15 - *Физиолошки раствор 0,9% NaCl, раствор за интравенску инфузију за припрему и завршетак HD третмана (са luer lock конектором) (паковање 1 или 2 литра)*, није у складу са Правилником о стандардима материјала за дијализе који се обезбеђују из средстава обавезног здравственог осигурања („Службени Гласник РС“ бр. 88/12, 41/13, 36/14 и 37/14, у даљем тексту Правилник). **С тим у вези молимо вас да назив добра које сте дефинисали у Партији 3 ускладите са наведеним важећим Правилником,** тако да гласи „ *Физиолошки раствор, 0,9% NaCl за припрему и завршетак HD третмана са одговарајућим системом за инфузију.*

**Одговор Наручиоца:**

**Питање бр. 1:**

Конкурсна документација у делу који се односи на доказивање испуњености додатног услова дефинисаног у поглављу IV тачка 1.2. алеја .4. конкурсне документације је у складу са Законом о лековима и медицинским средствима, те је захтев за измену конкурсне документације у овом делу неоснован.

**Питање бр. 2:**

Наручилац је извршио измену Конкурсне документације и ускладио је са наведеним Правилником о стандардима материјала за дијализе који се обезбеђују из средстава обавезног здравственог осигурања („Службени Гласник РС“ бр. 88/12, 41/13, 36/14 и 37/14).

**НАПОМЕНА:** Наручилац је измењену верзију конкурсне документације објавио дана 10.12.2015.године на Порталу јавних набавки Управе за јавне набавке, Порталу јавних набавки града Београда и сајту Наручиоца.

Захваљујемо се на сарадњи,



Комисија за јавну набавку