

КБЦ »ДР ДРАГИША МИШОВИЋ – ДЕДИЊЕ«

Хероја Милана Тепића бр. 1

Број: 01-14597/5

Датум: 18.12.2015. године

**Предмет: Појашњење у вези јавне набавке - Добра бр.22/15 - Материјал за хемодијализу – дијализатори, по партијама, по партијама бр.21/15**

**Веза: Захтев е-маил од 16.12.2015.године.**

Поштовани, у вези појашњења конкурсне документације, у поступку јавне набавке - Добра бр.22/15 - Материјал за хемодијализу – дијализатори, по партијама, по партијама, бр. 22/15, обавештавамо Вас следеће:

**Питање понуђача:**

Јавна набавка - Добра бр.22/15 - Материјал за хемодијализу – дијализатори, по партијама

У складу са чл. 63. ст.2. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС" бр. 124/12, 14/15 и 68/15) обраћамо Вам се као потенцијални понудач у поступку јавне набавке бр.22/15 -Материјал за хемодијализу- дијализатори, са следећим питањима и молбом за појашњење и измену конкурсне документације.

1. Да ли добра - дијализатори који ће бити понуђени у поступку јавне набавке морају да буду усклађени са стандардима ЕН 1283 и ИСО 8637?

Сматрамо да произвођачи дијализатора морају да испуњавају ова два стандарда, јер су тест методе за процену квалитета дијализатора детаљно описане у истим, а да понуђач усклађеност са истим докаже прилагањем каталога /или упутства за употребу на којем се наводе оба стандарда

Ови стандарди су у целини признати од стране Института за стандардизацију Србије као српски стандарди СРПС ЕН 1283 и СРПС ЕН ИСО 8637

Према Закону о јавним набавкама Чл.70. Став 2. „Техничке спецификације у случају набавке добара... одређују карактеристике добара... као Сто су ... ниво квалитета, укључујући и методе за осигурање квалитета... и оцену усаглашености." као и друге карактеристике које се тичу производа као сто су... тестирање и методе тестирања... процедура оцене усаглашености," и чл. 71. Став Тачка 1 и 4 и Тав 6. р,... ако се технички пропис позива на српски стандард, такав стандард је обавезан и примењује се као технички пропис, без навођења речи „или одговарајуће,,

2. Молимо Наручиоца да допуни конкурсну документацију тако што ће као додатни услов испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке захтевати прилагање копије сертификата ИСО 9001:2008 који гласи-на понудача. Поседовање овог сертификата гарантује Наручиоцу да ће се понуђач током трајања уговора водити смерницама доброг пословања према нормама које прописује овај систем менџмента обзиром да се ради о набавци специфичног материјала неопходног за квалитетан дијализни третман и даљи Зивот пацијената на дијализном програму.

Молимо Вас да нам одговорите у што каћем року, како би смо могли несметано да учествујемо у овом поступку за који смо предмет заинтересовани и како би приступили изради исправне понуде.

**Одговор Наручиоца:**

- Није неопходно да понуђач испуњава стандарде ЕН 1283 и ИСО 8637

- Стандард квалитета ИСО 9001:2008 је повучен од стране Института за стандардизацију Србије и 30.10.2015. године замењен је са ИСО 9001:2015. У предметном поступку поседовање сертификата ИСО 9001:2008 наручилац није прописао као додатни услов за учешће у предметном поступку.

Захваљујемо се на сарадњи,



Комисија за јавну набавку