

КБЦ »ДР ДРАГИША МИШОВИЋ – ДЕДИЊЕ«  
Хероја Милана Тепића бр. 1  
Број: 01-14596/12  
Датум: 14.01.2016. године

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и одредбе чл.23. Статута Клиничко - болничког центра »Др Драгиша Мишовић - Дедиње«, дана 14.01.2016.године, директор Установе доноси:

### ОДЛУКУ о додели уговора

У поступку јавне набавке добра – Материјал за хемодијализу – који зависи од типа машине, по партијама, бр.21/15, уговор се додељује следећим понуђачима:

1. „R&B Medical Company“ d.o.o.,  
Љуба Вучковића бр.22/20, Београд  
- за партију 1. -

2. „Medicon“ d.o.o.,  
Војвођанска бр.97, Деч  
- за партије 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10 -

### Образложење

Наручилац је дана 01.12.2015.године, објавио Позив за подношење понуда за јавну набавку бр. 21/15, добра – Материјал за хемодијализу – који зависи од типа машине, по партијама, на Порталу јавних набавки, Порталу јавних набавки града Београда, сајту КБЦ ”Др Драгиша Мишовић - Дедиње” и на Порталу службених гласила Републике Србије и базе прописа.

Укупан број поднетих понуда: 5 (пет)

Благовремене понуде		Број под којим је заведена понуда, датум и време примљене понуде
1.	„Omni medikal“ d.o.o, Ауто пут бр.13., Нови Београд	бр. 18 - 38 од 04.01.2016.г., у 13,41h
2.	„Farmalogist“ d.o.o., Мирјевски булевар. бр.3, Београд	бр. 18 - 108 од 05.01.2016 г., у 14,00h
3.	„R&B Medical Company“ d.o.o., Љуба Вучковића бр.22/20, Београд	бр. 18- 113 од 06.01.2016.г., у 07,25h
4.	„Medicon“ d.o.o., Војвођанска бр.97, Деч	бр. 18- 115 од 06.01.2016. г., у 07,28h
5.	„Tehnomed“ d.o.o., Савез Бораца бр.11а, Бели Поток	бр. 18-117 од 06.01.2016. г. у 7,50 h

Након спроведеног отварања понуда Комисија за јавне набавке је приступила стручној оцени понуда и сачинила извештај о истом.

У извештају о стручној оцени понуда бр.01-14596/11 од 14.01.2016.године, Комисија за јавне набавке је констатовала следеће:

1.) Предмет јавне набавке добра – Материјал за хемодијализу – који зависи од типа машине, по партијама  
Редни број набавке: 21/15

Процењена вредност јавне набавке (без ПДВ-а)	Партија 1.	1.076.400,00 динара
	Партија 2.	4.377.360,00 динара
	Партија 3.	3.474.900,00 динара
	Партија 4.	432.000,00 динара
	Партија 5.	954.000,00 динара
	Партија 6.	2.407.200,00 динара
	Партија 7.	306.720,00 динара
	Партија 8.	81.792,00 динара
	Партија 9.	9.040.200,00 динара
	Партија 10.	2.691.000,00 динара
	УКУПНО	<b>24.841.572,00 динара;</b>

2). Називи, односно имена понуђача чије су понуде неприхватљиве:

Број под којим је понуда заведена	Подносилац понуде	Партија	Основ неприхватљивости	Понуђена цена ( без ПДВ-а)
бр. 18 - 38 од 04.01.2016.г	„Omni medikal“ d.o.o, Ауто пут бр.13., Нови Београд	1	Понуда садржи битне недостатке. Понуђач није доказао испуњеност додатног услова	936.000,00 динара
бр. 18 - 108 од 05.01.2016 г	„Farmalogist“ d.o.o., Мирјевски булевар. бр.3, Београд	9	Понуда садржи битне недостатке.Понуђач није доказао испуњеност додатног услова	6.185.400,00 динара
Бр. 18-117 од 06.01.2016. г.	„Tehnomed“ d.o.o., Савез Бораца бр.11а, Бели Поток	9	Понуда садржи битне недостатке,.Понуђач није доказао испуњеност додатних услова	8.469.240,00 динара
бр. 18- 115 од 06.01.2016. г	„Medicon“ d.o.o., Војвођанска бр.97, Деч	1	Понуда превазилази процењену вредност јавне набавке за партију бр.1	1.310.400,00 динара

**Образложење:**

1. Понуђач „Omni medikal“ d.o.o доставио је благовремену понуду за партију бр. 1. Комисија је приликом стручне оцене понуда утврдила да понуђач није доказао испуњеност додатног услова за учешће у поступку јавне набавке прописаног у поглављу IV тачка 1 . подтачка 1.2. редни бр.5 конкурсне документације.

У конкурсној документацији наручилац је прописао као додатни услов за учешће у поступку јавне набавке да је неопходно је да понуђена добра буду у потпуности компатибилна са моделом апарата на коме се користи (који су наведени у техничкој спецификацији). Као доказ о испуњености наведеног услова понуђач је био дужан да достави неки од следећих доказа :

1. Мишљење АЛИМСа
2. Изјаву произвођача АПАРАТА или овлашћеног представника произвођача
3. Други доказ којим се на недвосмислен и јасан начин доказује компатибилност понуђеног добра са моделом апарата на коме се користи ( Упутство за употребу , спољашње обележје понуђеног добра)

Увидом у понуду комисија је утврдила да је понуђач „Omni medikal“ d.o.o. понудио добро произвођача Bain Medical Equipment. Медицинско средство је уписано у регистар медицинских средстава и носилац уписа је инострано представништво Al-Mak-Flower Inc Beograd.

Као доказ о испуњености горе наведеног услова понуђач је доставио изјаву Al-Mak-Flower Inc Beograd иностраног представништва произвођача ДОБРА Bain Medical Equipment да су понуђена медицинска средства у свему компатибилна са моделом апарата према захтевима конкурсне документације. Комисија сматра се наведена изјава сама по себи није довољан доказ из кога се на јасан и недвосмислен начин доказује компатибилност, с обзиром да у достављеном каталогу и упутству за употребу нигде не стоји да је добро компатибилно са апаратом Gambro AK 200 ultra S. Из горе наведених разлога Комисија је утврдила да понуда садржи битне недостатке и да је треба одбити, са чиме се директор сагласио.

2. Понуђач „Medicon“ d.o.o. за партију 1 је доставио благовремену понуду . Процењена вредност за партију 1 износи 1.076.400,00 динара, понуђач је понудио за партију 1 цену у износу од 1.310.400,00 динара. Како понуђена цена превазилази процењену вредност јавне набавке за партију 1 понуда понуђача Medicon“ d.o.o. Деч за партију 1 је неприхватљива

3. Понуђач „Farmalogist“ d.o.o. је доставио благовремену понуду за партију бр. 9.

Комисија је приликом стручне оцене понуда утврдила да понуђач није доказао испуњеност додатног услова за учешће у поступку јавне набавке прописаног у поглављу IV тачка 1. подтачка 1.2. редни бр.5 конкурсне документације

У конкурсној документацији наручилац је прописао као додатни услов за учешће у поступку јавне набавке да је неопходно је да понуђена добра буду у потпуности компатибилна са моделом апарата на коме се користи (који су наведени у техничкој спецификацији). Као доказ о испуњености наведеног услова понуђач је био дужан да достави неки од следећих доказа

1. Мишљење АЛИМСа
2. Изјаву произвођача АПАРАТА или овлашћеног представника произвођача
3. Други доказ којим се на недвосмислен и јасан начин доказује компатибилност понуђеног добра са моделом апарата на коме се користи ( Упутство за употребу , спољашње обележје понуђеног добра)

Увидом у понуду комисија је утврдила да је понуђач „Farmalogist“ d.o.o. понудио је добро произвођача Serumwek Bernburf Vertriebes GmbH. Медицинско средство је уписано у регистар медицинских средстава и носилац уписа је ALKALOID d.o.o. Beograd.

Као услов о испуњености горе наведеног услова понуђач је доставио изјаву произвођача **добра (не произвођача апарата)** Serumwek Bernburf да је добро компатибилно са апаратом Hospal Inova, која није преведена на српски језик, затим изјаву носиоца дозволе уписа медицинског средства „ALKALOID“ d.o.o. Beograd.

С обзиром да је наручилац захтевао Изјаву произвођача АПАРАТА или овлашћеног представника, сматрамо да исте нису довољан доказ о испуњености траженог услова.

Такође, понуђач је био дужан да достави каталог произвођача добра са упутством за употребу преведен на српски језик. Увидом у понуду утврђено је да је понуђач доставио каталог „ALKALOID“ Скопље, ( уз који је приложено Решење АЛИМС-а да се одобрава „Alkaloid“ d.o.o. употреба промотивног материјала стручној јавности за предметно медицинско средство).

Из приложеног каталога који није каталог произвођача добра, ( како је захтевано конкурсном документацијом, ), и упутства за употребу не може се недвосмислен и јасан начин закључити да понуђено добро одговара апарату Hospal Inova. У каталогу стоји да је понуђено добро за апарате Althin, Bellco, Baxer, Braun, Gambro, Hospal ( Monitral, Integra) Nikkiso, и друге апарате за дијализу са одговарајућим носачем за патрону, такође у упутству за употребу стоји да се добро користи искључиво за апарате одобрене за употребу бикарбонатног прашка: Braun Dialog, Gambro, Hospal Monitral, Hospal Integral, Nikkiso и друге апарате за дијализу са одговарајућим носачем на патрону. Сматрамо да констатација „друге апарате за дијализу са одговарајућим носачем на патрону“ није довољан доказ да понуђено добро одговара апарату Hospal Inova, с обзиром да исти није таксативно наведен. Понуђач „Farmalogist“ d.o.o. није доказао испуњеност додатног услова да понуђена добра буду у потпуности компатибилна са моделом апарата на коме се користи, као и да није доставио каталог произвођача понуђеног добра са преводом на српски језик.

Из горе наведених разлога Комисија је утврдила да понуда садржи битне недостатке и да је треба одбити, са чиме се директор сагласио.

4. Понуђач „Tehnomed“ d.o.o. доставио је благовремену понуду за партију бр. 9. Комисија је приликом стручне оцене понуда утврдила да понуђач није доказао:

1. Испуњеност додатног услова за учешће у поступку јавне набавке прописаног у поглављу IV тачка 1. подтачка 1.2. редни бр.3 конкурсне документације. У конкурсној документацији наручилац је прописао као додатни услов за учешће у поступку јавне набавке да је неопходно је да понуђач располаже довољним техничким капацитетом. Као доказ о испуњености наведеног услова понуђач је био дужан да достави потписан и оверен Образац Изјаве о довољном техничком капацитету. Уз образац изјаве понуђач је дужан да достави копију важеће саобраћајне дозволе за транспортно (доставно) возило наведено у обрасцу изјаве, а у случају да понуђач није уписан као власник возила у саобраћајној дозволи, за наведено транспортно (доставно) возило прилаже и доказ о правном основу коришћења (уговор о купопродаји или уговор о закупу или уговор о лизингу и сл.).

Увидом у понуду комисија је утврдила да је понуђач доставио изјаву о довољном техничком капацитету, али уз изјаву није приложена фотокопија саобраћајне дозволе или други доказ о правном основу коришћења возила које је наведено у изјави.

2. Испуњеност додатног услова за учешће у поступку јавне набавке прописаног у поглављу IV тачка 1. подтачка 1.2. редни бр.4 конкурсне документације.

Понуђач је доставио каталог произвођача али уз каталог није приложен превод на српски језик како је прописано у конкурсној документацији.

Понуђач је понудио добро у паковању од 750г, док је у техничкој спецификацији добара у конкурсној документацији захтевано паковање од 720г.

3. Испуњеност додатног услова за учешће у поступку јавне набавке прописаног у поглављу IV тачка 1. подтачка 1.2. редни бр.5 конкурсне документације.

У конкурсној документацији наручилац је прописао као додатни услов за учешће у поступку јавне набавке да је неопходно је да понуђена добра буду у потпуности компатибилна са моделом апарата на коме се користи (који су наведени у техничкој спецификацији). Као доказ о испуњености наведеног услова понуђач је био дужан да достави неки од следећих доказа:

1. Мишљење АЛИМСа

2. Изјаву произвођача АПАРАТА или овлашћеног представника произвођача

3. Други доказ којим се на недвосмислен и јасан начин доказује компатибилност понуђеног добра са моделом апарата на коме се користи ( Упутство за употребу, спољашње обележје понуђеног добра)

Увидом у понуду комисија је утврдила да је понуђач „Tehnomed“ d.o.o., понудио је добро произвођача Bellco SRL. Медицинско средство је уписано у регистар медицинских средстава и носилац уписа је Техномед“ d.o.o Београд. Као доказ о испуњености горе наведеног услова понуђач је доставио своју изјаву којом тврди под пуном кривичном и материјалном одговорношћу да је понуђено добро компатибилно са апаратом. У истој је на два места наведено да се добро нуди за Партију 18 јавне набавке, уместо за Партију 9, при чему је ова јавна набавка обликована у 10 партија. Наведена изјава је нејасна и не може се прихватити као доказ којим се на јасан и недвосмислен начин доказује да је добро компатибилно са апаратом на којем се користи. Из горе наведених разлога Комисија је утврдила да понуда садржи битне недостатке и да је треба одбити, са чиме се директор сагласио

4). Критеријум за оцењивање понуда је: **Најнижа понуђена цена;**

Ранг листа понуђача применом критеријума:

**Партија 1. -**

	Назив/име понуђача	Понуђена цена (без ПДВ-а)
1.	„R&B Medical Company“ d.o.o., Љуба Вучковића бр.22/20, Београд	931.320,00 динара

**- Партија 2. -**

	Назив/име понуђача	Понуђена цена (без ПДВ-а)
1.	„Medicon“ d.o.o., Војвођанска бр.97, Деч	4.377.360,00 динара

**- Партија 3. -**

	Назив/име понуђача	Понуђена цена (без ПДВ-а)
1.	„Medicon“ d.o.o., Војвођанска бр.97, Деч	3.474.900,00 динара

**- Партија 4. -**

	Назив/име понуђача	Понуђена цена (без ПДВ-а)
1.	„Medicon“ d.o.o., Војвођанска бр.97, Деч	432.000,00 динара

**- Партија 5. -**

	Назив/име понуђача	Понуђена цена (без ПДВ-а)
1.	„Medicon“ d.o.o., Војвођанска бр.97, Деч	954.000,00 динара

**- Партија 6. -**

	Назив/име понуђача	Понуђена цена (без ПДВ-а)
1.	„Medicon“ d.o.o., Војвођанска бр.97, Деч	2.407.200,00 динара

**- Партија 7. -**

	Назив/име понуђача	Понуђена цена (без ПДВ-а)
1.	„Medicon“ d.o.o., Војвођанска бр.97, Деч	306.720,00 динара

**- Партија 8. -**

	Назив/име понуђача	Понуђена цена (без ПДВ-а)
1.	„Medicon“ d.o.o., Војвођанска бр.97, Деч	81.792,00 динара

**- Партија 9. -**

	Назив/име понуђача	Понуђена цена (без ПДВ-а)
1.	„Medicon“ d.o.o., Војвођанска бр.97, Деч	9.040.200,00 динара

**- Партија 10. -**

	Назив/име понуђача	Понуђена цена (без ПДВ-а)
1.	„Medicon“ d.o.o., Војвођанска бр.97, Деч	2.691.000,00 динара

Понуде које су прихватљиве :

1. **Понуђач „Medicon“ d.o.o.**, је доставио прихватљиве понуде за партије 2,3,4,5,6,7,8,9,10.

Комисија је утврдила да је понуда одговарајућа јер у свему испуњава техничку спецификацију, као и да не садржи битне недостатке.

Испуњеност додатног услова за учешће у поступку јавне набавке прописаног у поглављу IV тачка 1 . подтачка 1.2. редни бр.5 конкурсне документације понуђач је доказао Упутством за коришћење апарата Hospel Innova, произвођача Gambro Dasco, у коме стоји да се на њему примењује понуђено добро, као и Изјаву компаније Baxter, као власника компаније Гамбро, која је произвођач апарата Hospel, модела Innova да је понуђено добро компатибилно са овим апаратом.

2. **Понуђач „R&B Medical Company“ d.o.o.**, је доставио прихватљиву понуду за партију бр.1.

Комисија је утврдила да је понуда одговарајућа јер у свему испуњава техничку спецификацију, као и да не садржи битне недостатке.

Испуњеност додатног услова за учешће у поступку јавне набавке прописаног у поглављу IV тачка 1 . подтачка 1.2. редни бр.5 конкурсне документације понуђач је доказао достављањем спољашњег обележја добра где јасно стоји да понуђено добро одговара апарату Gambro AK 200 Ultra S. Даље, понуђач је доставио допис од АЛМС-а којим се дозвољава измена

дизајна медицинског средства која се огледа у томе да медицинско средство предвиђено за употребу на апаратима GAMBRO AK Ultra S у чијем образложењу стоји да су измене у складу са безбедном и ефикасном наменом медицинског средства. Сходно наведеном комисија је закључила да је понуђач доказао на недвосмислен и јасан начин компатибилност понуђеног добра са моделом апарата на коме се користи (GAMBRO AK Ultra S )

Наручилац је дана 11.01.2015. године захтевао од понуђача да достави узорак понуђеног добра како би утврдио да ли понуђено добро у свему одговара техничким карактеристикама. Комисија је тестирала узорак и утврдила да понуђено добро поседује протектор мерача притиска са две заштитне мембране и да у свему одговара техничкој спецификацији конкурсне документације.


4). На основу примене критеријума за оцењивање понуда, прописаном у конкурсној документацији „најнижа понуђена цена“, Комисија предлаже, а Директор Установе усваја да се уговори доделе следећим понуђачима:

1. „R&B Medical Company“ d.o.o., Љуба Вучковића бр.22/20, Београд - за партију 1.

2. „Medicon“ d.o.o., Војвођанска бр.97, Деч - за партије 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10

Предметне понуде су прихватљиве.

Са свега изнетог, донета је одлука као у диспозитиву.

  
ДИРЕКТОР УСТАНОВЕ  
Проф. др сци. мед. Радисав Шћепановић

**Поука о правном леку :**

Против ове одлуке може се поднети захтев за заштиту права у року од 10 (десет) дана од дана објаве на Порталу јавних набавки, уз доказ о уплати таксе у износу од 120.000,00 дин. на рачун буџета Републике Србије, бр.840-30678845-06.

Обрадио:	<i>За Драгана</i>
Службеник за јавне набавке: Пиво Караматијевић	
Контролисао:	<i>Marko</i>
Дипломирани правник: Јована Пантелић / Снежана Пауновић	
Оверио:	
Помоћник директора за мед. послове: Др Владимир Живановић	