

KBC »DR DRAGIŠA MIŠOVIĆ – DEDINJE«

Heroja Milana Tepića br. 1

Broj: 01-14595/6

Datum: 21.12.2015. godine

Predmet: Pojašnjenje u vezi javne nabavke – Materijal za hemodijalizu – koji zavisi od tipa mašine, po partijama, br. 21/15

Veza: Zahtev e-mail od 17.12.2015.godine

Pitanje ponuđača:

1. Naručilac u delu konkursne dokumentacije III Vrsta, tehničke karakteristike, kvalitet, količina i opis dobara (specifikacija), na strani 5/40, za partiju 1, navodi da nabavlja A-V linije komplet (za mašine tipa AK 200 ultra S). Molimo Naručioca da nam bliže pojasni koje tehničke karakteristike treba da poseduje tražena AV linija:

- Da li ponuđene linije treba da poseduju senzor za merenje volumena krvi (BVS)?
- Da li ponuđene linije treba da poseduju 2M PROTECT TP transduser koji služi kao adekvatna zaštita od prodora krvi u hemodijalizni aparat i sprečava širenje krvlju prenosivih bolesti?
- Da li ponuđene linije treba da poseduju nastavke za pre i post diluciju?
- Da li ponuđene linije treba da zadovoljavaju standarde ISO 8638, koji su navedeni u uputstvima za upotrebu za ponuđene linije? Želimo da napomenemo da je ovaj standard u celini priznat od strane Instituta za standardizaciju Srbije kao srpski standardi SRPS EN ISO 8638. Prema zakonu o javnim nabavkama Čl.70. stav 2. „Tehničke specifikacije u slučaju nabavke dobara... određuju karakteristike dobara...kao što su... nivo kvaliteta, uključujući i metode za osiguranje kvaliteta... i ocenu usaglašenosti... kao i druge karakteristike koje se tiču proizvoda kao što su...testiranje i metode testiranja... procedura ocene usaglašenosti. Čl. 71. Stav 1. Tačka 1 i 4 i Stav 6. „... ako se tehnički propis poziva na srpski standard, takav standard je obavezan i primenjuje se kao tehnički propis, bez navođenja reči „ili Odgovarajuće“.

Napomena; Smatramo da je veoma bitno detaljno navođenje tehničkih specifikacija za AV linije koje se koriste na aparatima AK 200 ultra S, jer će na taj način Naručilac obezbediti nabavku kompatibilnih linija za bezbedan i kvalitetan hemodijalizni tretman.

2. Naručilac u delu konkursne dokumentacije III vrsta, tehničke karakteristike, kvalitet, količina i opis dobara (specifikacija), na strani 7/40, za partiju 9, navodi da nabavlja Suvi bikarbonat u odgovarajućem pakovanju (za mašine Innova). Molimo Naručioca da nam bliže pojasni koje tehničke karakteristike treba da poseduje traženi suvi bikarbonat:

- Da li ponuđeni suvi bikarbonat mora da bude proizveden u skladu sa evropskom farmakopejom?
- Da li ponuđeni suvi bikarbonat mora da poseduje kapice na konektorima?

3. Molimo Naručioca da dopuni i izmeni konkursnu dokumentaciju u delu dodatnih uslova za učešće u postupku javne nabavke tako što će zahtevati da Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija, a koji je ponudio dobra koja nisu originalna dobra proizvođača aparata za čiju su upotrebu namenjena i koje je Naručilac već koristio, dostavi Izjavu u kojoj pod punom moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću navodi da će obezbediti obuku stručnog kadra Naručioca od strane kvalifikovanog lica ponuđača (zdravstvene struke) pre prve isporuke ili najkasnije u roku od 7 dana od dana potpisivanja ugovora, kao i da će snositi troškove otklanjanja eventualnog kvara aparata prouzrokovanog upotrebom neoriginalnog materijala.

4. Molimo Naručioca da dopuni i izmeni konkursnu dokumentaciju tako što će kao dodatni uslov ispunjenosti uslova za učešće u postupku javne nabavke zahtevati prilaganje kopije sertifikata ISO 9001:2008 koji glasi na ponuđača. Posedovanje ovog sertifikata garantuje Naručiocu da će se ponuđač tokom trajanja ugovora voditi smernicama dobrog poslovanja prema normama koje propisuje ovaj sistem menadžmenta kvalitetom, obzirom da se radi o nabavci specifičnog materijala neophodnog za kvalitetan dijalizni tretman i dalji život pacijenata na dijaliznom programu. Molimo Vas da nam odgovorite u što kraćem roku, kako bi mogli nesmetano da učestvujemo u ovom postupku za čiji smo predmet zainteresovani i kako bi pristupili izradi ispravne ponude.

Odgovor Naručioca:

1. - Nije neophodno da ponuđene linije poseduju senzor za merenje volumena krvi.
 - ponuđene linije moraju da poseduju adekvatnu zaštitu od prodora krvi u hemodijalizni aparat i sprečavanje širenja krvlju prenosivih bolesti. "2M PROTECT TP" ili drugi odgovarajući ekvivalent.
 - Ponuđene linije moraju da poseduju dilucioni nastavak
 - Naručilac u konkursnoj dokumentaciji nije postavio kao dodatni uslov za učešće u postupku javne nabavke da ponuđene linije ispunjavaju standard ISO 8638.
2. - Potrebno je da ponuđeni suvi bikarbonat bude proizveden u skladu sa evropskom farmakopejom
 - Neophodno da suvi bikarbonat poseduje odgovarajuću zaštitu, kapice ili drugu odgovarajuću zaštitu.
3. Naručilac je u konkursnoj dokumentaciji odredio dodatne uslove za učešće u postupku javne nabavke.
4. Standard kvaliteta ISO 9001:2008 je povučen od strane Instituta za standardizaciju Srbije i 30.10.2015. godine zamenjen je sa ISO 9001:2015. Naručilac u konkursnoj dokumentaciji nije postavio kao dodatni uslov za učešće u postupku javne nabavke ispunjenost određenih standarda upravljanja kvalitetom.

Zahvaljujemo se na saradnji



Komisija za javnu nabavku