

КБЦ »ДР ДРАГИША МИШОВИЋ – ДЕДИЊЕ«

Хероја Милана Тепића бр. 1

Број: 01-14597/6

Датум: 25.12.2015. године

Предмет: Појашњење и обавештење о измени конкурсне документације у вези са јавном набавком- Добра бр.22/15 - Материјал за хемодијализу – дијализатори, по партијама, по партијама бр.22/15

Веза: Захтеви е-маил од 23.12.2015. године.

Поштовани, у вези појашњења конкурсне документације, у поступку јавне набавке - **Добра бр.22/15 - Материјал за хемодијализу – дијализатори, по партијама, по партијама, бр. 22/15**, обавештавамо Вас следеће:

Питања понуђача:

Јавна набавка - Добра бр.22/15 - Материјал за хемодијализу – дијализатори, по партијама

ПИТАЊЕ БР.1

(I)

У поглављу III (врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис добра-спецификација), страна 7/36, Наручилац је навео да понуђена медицинска средства морају имати рок стерилности најмање 50% декларисаног рока произвођача на дан испоруке. У наставку, у поглављу VIII (модел уговора), Члан 5., страна 27/36, Наручилац наводи да се Продавац обавезује да испоручена добра морају имати рок трајања од најмање 2/3 укупног рока трајања произвођача на дан испоруке робе. Како је рок трајања медицинских средстава која су предмет ове јавне набавке једнак року стерилности поменутих средстава, молимо Наручиоца да измене конкурсну документацију у поглављу VIII (модел уговора).

ПИТАЊЕ 1: Да ли ће Наручилац извршити измену конкурсне документације у поглављу VIII (модел уговора), Члан 5., тако да се "Продавац обавезује да испоручена добра морају имати рок трајања од најмање 50% укупног рока трајања произвођача на дан испоруке робе"?

(II)

Да би Наручилац омогућио правовремено планирање испорука потребно је да Наручилац јасно дефинише динамику испоруке снабдевања материјалом који је предмет ове јавне набавке.

ПИТАЊЕ 2: Да ли ће Наручилац изменити конкурсну документацију тако што ће дефинисати динамику испоруке (рецимо недељне, двонедељне, месечне или тромесечне испоруке) а имајући у виду укупну захтевану количину добра на годишњем нивоу?

(III)

Имајући у виду, врло комплексну и сложену ситуацију на тржишту материјала за хемодијализу у Републици Србији током протеклих година, намеће се логичан закључак да је потпуно противзаконито поступање Републичког фонда за здравствено осигурање, као до скора централизованог тела за вршење (или је боље рећи невршење) јавних набавки материјала ове врсте, омогућило постојање монопола/олигопола на тржишту материјала за хемодијализу. Оваква врста монопола/олигопола није могућа без договора два или више понуђача материјала ове врсте. Оваквим поступањем Републички фонд за здравствено осигурање је довео и овде Наручиоца у непријатну ситуацију да поступа противправно, и да у периоду децембар 2013. - децембар 2015. набавља потрошни материјал за дијализу, конкретно дијализаторе без законито склопљених или без икаквих уговора, што је за последицу имало да Влада Републике Србије одузме Републичком фонду за здравствено осигурање легитимитет централизованог тела за набавку материјала за дијализу. У оваквој ситуацији, изјава о независној понуди коју превиђају одредбе Закона о јавним набавкама као услов за учествовање у поступку јавне набавке се не може сматрати доволњим доказом да између поједињих понуђача не постоји договор, рестриктивни споразум за који се корисати назив намештена понуда. У том смислу се од поједињих понуђача може очекивати да дају неистиниту или делимично истиниту Изјаву о независној понуди, како би себи обезбедили услове за учествовање у поступку предметне јавне набавке. Истинност овакве изјаве Наручилац није у могућности да провери на било који начин а обавезан је да води рачуна о повреди конкуренције сходно императивној норми члана 27. ЗЈН.

Због свега овде наведеног, а да би се осигурало Начело обезбеђивања конкуренције, Члан 10, став 1 ЗЈН, захтевамо од Наручиоца да у оквиру додатних услова за учествовање у поступку предметне јавне набавке од свих понуђача захтева достављање Изјаве да се против понуђача пред Комисијом за заштиту конкуренције не води поступак по службеној дужности ради испитивања повреде конкуренције из члана 10. Закона о заштити конкуренције, на тржишту материјала за дијализу или услуга хемодијализе у Републици Србији.

На овај начин би се Наручилац обезбедио да спровођењем евентуалних казнених мера које се потенцијалном понуђачу могу изрећи као последица оваквог поступка пред Комисијом за заштиту конкуренције, неки од потенцијалних понуђача привремено изгубе законски основ за извршење уговора по овој јавној набавци. Уколико би се догодило да такав понуђач буде кажњен привременом мером забране обављања делатности или учествовања у јавним набавкама, а у смислу мера за отклањање повреде конкуренције или мера за заштиту конкуренције, Наручилац би могао доћи у ситуацију да такав понуђач више не може достављати материјал неопходан за квалитетан

дијализни третман и даљи живот пацијената на дијализном програму. Сматрамо да би Наручилац на овај начин стимулисао позитивну конкуренцију а избегао негативну и нелојалну конкуренцију међу понуђачима.

ПИТАЊЕ 3: Да ли ће Наручилац изменити конкурсну документацију тако што ће као додатну услов за учествовање у поступку захтевати од понуђача достављање *Изјаве дате под пуном кривичном и материјалном одговорношћу да се против понуђача пред Комисијом за заштиту конкуренције не води поступак по службеној дужности ради испитивања повреде конкуренције, у смислу повреде прописане чланом 10. Закона о заштите конкуренције, на тржишту материјала за дијализу или услуга хемодијализе у Републици Србији.*

Одговор Наручиоца:

I – Конкурсна документација биће изменењена , тако да модел уговора буде у сагласности са конкурсном документацијом

II- Наручилац није у могућности да предвиђи динамику испоруке

III- Наручилац је дефинисао додатне услове за учешће у предметном поступку, те неће захтевати да понуђачи доставе Изјаву дату под пуном кривичном и материјалном одговорношћу да се против понуђача пред Комисијом за заштиту конкуренције не води поступак по службеној дужности

ПИТАЊЕ БР.2

Поштовани, у складу са чл.63. ст.2.Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС "бр. 124/12,14/15 и 68/15) обраћамо Вам се као потенцијални понуђачи у поступку јавне набавке бр. 22/15 -Материјал за хемодијализу - дијализатори, са додатним питањима и молбом за појашњење и измену конкурсне документације.

1, Молимо Наручиоца да нам ближе појасни на основу којих параметора ће извршити процену квалитета понуђених дијализатора у партијама 1,2,3,4,5,6 и 7 и донети Одлуку о додели уговора? Имајући у виду сврху и намену материјала који се набавља у предметној јавној набавци, као и последице које избором и употребом неадекватног или неквалитетног материјала могу довести до погоршања здравственог стања пацијената на хроничном програму дијализе, неспорно је да се ради о специфичној јавној набавци. Чланом 9. Закона о јавним набавкама прописано је да је „Наручилац дужан да у поступку јавне набавке прибави добра одговарајућег квалитета имајући у виду сврху, намену и вредност јавне набавке.“

Међународни стандарди (који су прихваћени у целости у Републици Србији) ИСО 8637 и ЕН 1283 односе се баш хемодијализаторе тј. на предмет јавне набавке у партијама 1,2,3,4,5,6 и 7. У овим стандардима су дефинисани светски и европски нормативи којих се производади морају придржавати приликом израде, тестирања безбедности и перформанси својих дијализатора.

Захтевају се следећи тестови: Биолошка безбедност, стерилност, апирогеност, механичке карактеристике, клиренси, коефицијенти ултрафилтрације и пропустљивости, волумени и притисци крвног одељка, начин обележавања производа, обележавања унутрашњег и спољашњег паковања. као и садржине упутства за употребу као пратеће документације... Важност ових тестирања се огледа у:

- Биолошка безбедност, стерилност, апирогеност и механичке карактеристике су важне са аспекта безбедности дијализних пацијента.
- Клиренси молекула, као и могућности ултрафилтрације дијализатора су од изузетне важности за адекватну дијализу пацијента.

Наведени стандарди су комплементарни и поштовањем оба стандарда се обезбеђује тзв. позитивна конкуренција за све произвођаче и понуђаче у предметној јавној набавци (што је у духу јавних набавки, где је Нарудилац дужан да обезбеди конкуренцију, али имајући у виду сврху и намену добра које набавља, као и објективност у процени квалитета дијализатора различитих произвођача).

У складу са наведеним молимо Нарудиоца да измени и допуни конкурсну документацију тако што ће као доказ техничких карактеристика понуђених дијализатора уврстити усклађеност са стандардима СРПС 8637/ИСО 8637 и СРПС 1283/ ЕН 1283 за дјализаторе у партијама 1,2,3,4,5,6 и 7 обележавањем истих на достављеним каталогозима или у упутствима за употребу.

2. Поводом одговора Наручиоца везаног за стандард **ИСО 9001:2008** и његовог повлачења, желимо да Нарудиоцу скренемо пажњу да је за организације које су већ сертификоване у складу са ИСО 9001:2008 остављен рок од три године од формалног објављивања ИСО 9001:2015 да преду на нову верзију овог стандарда.

Сматрамо да је поштовање наведених стандарда важно јер представља гаранцију квалитета пословања и пружања услуга, а имајући у виду специфидност јавне набавке.

Молимо наредиоца да измени и допуни конкурсну документацију тако што ће као додатни услов испуњености услова за чешћење у поступку јавне набавке захтевати прилагање копије сертификата ИСО 9001:2008 или ИСО 9001:2015 који гласи на име понуђача.

Молимо Вас да нам одговорите у што краћем року, како би могли несметано да учествујемо у овом поступку и како би приступили изради исправне понуде

С поштовањем,

Одговор Наручиоца:

Наручилац ће процену квалитета добра извршити на основу каталога и употреба за употребу , из ког се јасно мора видети да понуђена добра одговарају техничкој спецификацији која је одређена у складу са Правилником о стандардима материјала за дијализе које се обезбеђују из средстава обавезног здравственог осигурања („Службени гласник РС“ бр. 88/12,41/13,36/14 и 37/14) . Такође, у конкурсној документацији је одређено да се за свако понуђено добро достави Решење о упису у регистар Агенције за лекове и медицинска средства.

Наручилац је извршио измену конкурске документацију у делу техничке спецификације , те је неопходно да понуђена добра буду усклађена са у са стандардима SRPS EN ISO 1283 и SRPS ISO 8637

Такође наручилац напоље, да је извршена измена конкурсне документације у Поглављу 4.2. Конкурсне документације.

НАПОМЕНА: Наручилац је изменењену верзију конкурсне документације објавио дана 25.12.2015. године на Порталу јавних набавки Управе за јавне набавке, Порталу јавних набавки града Београда и сајту Наручиоца.

Захваљујемо се на сарадњи,



Комисија за јавну набавку