

КБЦ »ДР ДРАГИША МИШОВИЋ – ДЕДИЊЕ«  
Хероја Милана Тепића бр. 1  
Број: 01-2057/5  
Датум: 03.03.2016. године

**Предмет:** Појашњење II – Општи специфични потрошни и санитарски материјал,  
по партијама (поступак бр.05/16)

**Веза:** Захтев е-маил од 01.03.2016.године.

Поштовани, у вези појашњења конкурсне документације, у поступку јавне набавке, Општи специфични потрошни и санитарски материјал, по партијама бр.05/16, обавештавамо Вас следеће:

**1. Питање понуђача:**

Молимо Вас за додатно појашњење и промену конкурсне документације за партије број 96 и 97.

Партија 96: Узевши у обзир да се из описа наведене партије може закључити да је у питању округла електрода пречника 40мм, молимо Вас да нам појасните да ли је могуће понудити электроду за ехокардиографију и других димензија (односно другог облика) која има исте функционалне карактеристике и намену?

Партија 97: Тендерска спецификација захтева да понуђене електроде буду на подлози од микропорозне траке, чиме су унапред елиминисани сви производи који имају одговарајуће па чак и напредније функционалне карактеристике. Наиме, у питању су подлоге које су израђене од савременијих материјала него што је микропорозна трака, пре свега реч је о синтетским пенастим подлогама са модерним адхезивима који чак и више одговарају траженим карактеристикама (тј. отпорније су на течности и имају појачано лепљење). У том смислу предлажемо промену тендерске документације и измену у спецификацији тако да опис партије 97 гласи:

EKG elektrode sa gelom 55mm – 60mm za holter, dijagnostiku i ergometriju, sa podlogom koja je otporna na tečnosti i čvrstim prijanjanjem.

**1. Одговор Наручиоца:**

Поштовани,

У вези вашег питања везано за партије 96 и 97, обавештавамо вас да остајемо при спецификацији датој у конкурсној документацији, тачније није могуће одступање од захтеваног.

Захваљујемо се на сарадњи,



Комисија за јавну набавку