

КБЦ »ДР ДРАГИША МИШОВИЋ – ДЕДИЊЕ«  
Хероја Милана Тепића бр. 1  
Број: 01-2057/18  
Датум: 24.03.2016. године

**Предмет:** Појашњење XIII у вези јавне набавке – Општи специфични потрошни и санитарски материјал, по партијама (поступак бр.05/16)

**Веза:** Захтев е-маил од 21.03.2016.године.

Поштовани, у вези појашњења конкурсне документације, у поступку јавне набавке, Општи специфични потрошни и санитарски материјал, по партијама бр.05/16, обавештавамо Вас следеће:

**Питање понуђача:**

Поштовани,  
Обраћамо Вам се са захтевом за додатним појашњењем те и изменом Конкурсне документације у складу са Законом о јавним набавкама.

Из вашег одговора од дана 21.03.2016. закључујемо да не прихватате производе са бољим техничким спецификацијама а можда по истој или нижој понуди те вас молимо да нам још једном одговорите на следећа питања:

Наше питање је, да ли ћете за партију 48 прихватити производе са бољим техничким спецификацијама у смислу дужине система за анестезију што Вама омогућава комфорнији рад?  
Напомињемо да вам нудимо бољи производ од траженог.

Уједно Вас молим да нам дате информацију да ли за партију бр.47 прихватате следеће:

- За ставку бр. 1 - Електростатички антибактеријски и антивирусни филтер HMEF са luer lockom портom, tidal volume опсега 90-1500 ml, намењен за употребу код деце, са продукцијом влаге на Vt 250 ml - 31 ml H<sub>2</sub>O, са мртвим простором 26 ml, тежине 19 гр што су свакако боље спецификације од тражених и са конекцијама какве сте захтевали
- За ставку бр.2 - Tidal volume опсега од 90-1500 ml, што је боље од траженог и тежине 21g, што је свакако боље од тражене тежине?

**Одговор Наручиоца:**

Поштовани,  
Наручилац остаје при техничкој спецификацији прописаној у конкурсној документацији

Захваљујемо се на сарадњи,



Комисија за јавну набавку