

КБЦ »ДР ДРАГИША МИШОВИЋ – ДЕДИЊЕ«
Хероја Милана Тепића бр. 1
Број: 01-2057/21
Датум: 25.03.2016. године

Предмет: Појашњење XVII у вези јавне набавке – Општи специфични потрошни и санитарски материјал, по партијама (поступак бр.05/16)

Веза: Захтев е-mail од 22.03.2016.године.

Поштовани, у вези појашњења конкурсне документације, у поступку јавне набавке, Општи специфични потрошни и санитарски материјал, по партијама бр.05/16, обавештавамо Вас следеће:

Питање понуђача:

Везано за ЈН бр.05/16 - Општи специфични потрошни и санитарски материјал, по партијама, партија бр. 1 - EEG иглена електрода за EMNG 50mm x 0,46mm (26G), молимо Вас да у циљу обезбеђења веће конкурентности и већег комфора за саме пацијенте дозволите да понуђена игла може бити тања за 0,01 mm од захтеване дебљине од 0.46mm.

Наше питање гласи да ли је за наручиоца прихватљиво понудити EMNG иглену електроду дужине 50mm x дебљине 0,45 mm?

Иако се ради о минималном одступању од свега 0,01mm, тања игле је свакако конфорнија за пацијента јер мање оштећује ткиво кроз које пролази а при том не умањује квалитет самог EMNG снимања.

Одговор Наручиоца:

Поштовани,
Наручилац ће прихватити само она добра која одговарају захтевима техничке спецификације.

Захваљујемо се на сарадњи,



Комисија за јавну набавку