

**БЦ »ДР ДРАГИША МИШОВИЋ – ДЕДИЊЕ«**  
**Хероја Милана Тепића бр. 1**  
**Број: : 01-3949/7**  
**Датум: 25.04.2016. године**

**Предмет:** Обавештење о измени конкурсне документације II у вези са јавном набавком - Одржавање медицинске опреме (ЈН – 06/16)

**Веза:** Захтев е-mail од 21.04.2016.године.

Поштовани, у вези појашњења конкурсне документације, у поступку јавне набавке, Општи специфични потрошни и санитарски материјал, по партијама бр.06/16, обавештавамо Вас следеће:

**Питање понуђача:**


**Везано за партију 12-** Лабораторијска опрема тражимо да за њу не важи додатни услов : да понуђач има стандард ISO 13485 који је неопходан ЗА ПРОИЗВОЂАЧА МЕДИЦИНСКЕ ОПРЕМЕ, јер је у питању лабораторијска опрема опште намене ( центрифуге,водена купатила,мућалице,инкубатори,термостати.... )која НИЈЕ IVD СЕРТИФИКОВАНА,односно НИЈЕ МЕДИЦИНСКА ОПРЕМА.

**Одговор Наручиоца:**

Наручилац прихвата сугестију заинтересованог лица .  
За партију 12 није потребно да понуђач поседује стантард ИСО 13485.

**Напомена:** Измењена Конкурсна документација објављена је на Порталу јавних набавки Управе за јавне набавке, и сајту Наручиоца дана 25.04.2016.године, одакле се може и преузети.

Захваљујемо се на сарадњи,



**Комисија за јавну набавку**