

КБЦ »ДР ДРАГИША МИШОВИЋ – ДЕДИЊЕ«
Хероја Милана Тепића бр. 1
Број: : 01-3949/8
Датум: 25.04.2016. године

Предмет: Појашњење IV у вези са јавном набавком - Одржавање медицинске опреме (ЈН – 06/16)

Веза: Захтев е-mail од 22.04.2016.године.

Поштовани, у вези појашњења конкурсне документације, у поступку јавне набавке, Услуга – одржавање медицинске опреме по партијама бр.06/16, обавештавамо Вас следеће:

Питање понуђача:

Партија 1, парни стерилизатори Getinge i Belimed, Листа резервних делова:

1.1 ставка 5, да ли се мисли на сензор притиска за PACS3000 или PACS 3500 (Keller ili Jumo)?

1.2 ставка 24, резервоар на стерилизатору Getinge се допуњава помоћу пловка (ставка 36).
На који сте вентил мислили у овој ставци?

1.3 ставка 25, вентил за допуну. Да ли се мисли на дупли електро магнетни вентил за воду кондензације, или је у питању прохром електро магнетни вентил на грани пуњења генератора водом?

Одговор Наручиоца:

Партија 1, парни стерилизатори Getinge i Belimed, Листа резервних делова:

1.1. Ставка 5 се односи на сензор притиска за PACS3000 Keller

1.2 Ставка 24 се односи на електромагнетни двоструки вентил за хлеђење

1.3 Ставка 25 се односи на електромагнетни вентил на грани за допуну генератора паре водом.

Захваљујемо се на сарадњи,

Комисија за јавну набавку