

КБЦ »ДР ДРАГИША МИШОВИЋ – ДЕДИЊЕ«
Хероја Милана Тепића бр. 1
Број: 01-7931/4
Датум: 22.07.2016. године

Предмет: Појашњење I и Обавештење о измени конкурсне документације I у вези јавне набавке – Општи специфични потрошни, санитарски и уградни материјал, по партијама (поступак бр.13/16)

Веза: Захтев e-mail од 19.07.2016.године.

Поштовани, у вези појашњења конкурсне документације, у поступку јавне набавке, Општи специфични потрошни и санитарски материјал, по партијама бр.13/16, обавештавамо Вас следеће:

1. Питање понуђача:

За партију 65. Топломер хумани, дигитални да ли се захтева да исти буду жигосани ?

1. Одговор Наручиоца:

Поштовани,

Медицински термометар мора да испуњава прописане метролошке захтеве, тј. медицински термометар мора да буде жигосан у складу са законом којим се уређује метрологија и понуђач у ЈН 13/16 мора да достави уверење о одобрењу типа мерила за тип медицинског термометра који је понудио у ЈН 13/16.

Овим путем Вас обавештавамо да Наручилац у складу са датим појашњењем и чланом 63. ЗЈН, у предметном поступку јавне набавке врши измену Конкурсне документације и то у делу - Поглавље III - ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА (СПЕЦИФИКАЦИЈА), у оквиру тачке 3. (три) додаје се ПАРТИЈА 65. и гласи:

- ПАРТИЈА 65: Медицински термометар мора да испуњава прописане метролошке захтеве, тј. медицински термометар мора да буде жигосан у складу са законом којим се уређује метрологија и понуђач у ЈН 13/16 мора да достави уверење о одобрењу типа мерила за тип медицинског термометра који је понудио у ЈН 13/16.

Измењена Конкурсна документација објављена је на Порталу јавних набавки Управе за јавне набавке и сајту Наручиоца дана 22.07.2016.године, одакле се иста може и преузети.

Захваљујемо се на сарадњи,



Комисија за јавну набавку