

КБЦ »ДР ДРАГИША МИШОВИЋ – ДЕДИЊЕ«
Хероја Милана Тепића бр. 1
Број: 01-7931/5
Датум: 25.07.2016. године

Предмет: Појашњење II конкурсне документације у вези јавне набавке – Општи специфични потрошни, санитарски и уградни материјал, по партијама (поступак бр.13/16)

Веза: Захтев e-mail од 22.07.2016.године.

Поштовани, у вези појашњења конкурсне документације, у поступку јавне набавке, Општи специфични потрошни и санитарски материјал, по партијама бр.13/16, обавештавамо Вас следеће:

Питање понуђача:

Молим Вас за додатно појашњење конкурсне документације за ЈН 13/16 - Општи специфични потрошни, санитарски и уградни материјал, по следећим питањима:

1. За партију 22 - Да ли је за Наручиоца прихватљива понуда за Спиналне игле дужине 90mm уместо 88m?
2. За партију 24 - Да ли је за Наручиоца прихватиља понуда за Иглу за биопсију коштане сржи 8G, 150mm?

3. За партију 87 - У називу производа Наручилац је навео "Сет за перкутану нефростому - 1-степ метода", али даље у спецификацији стоји и жица водич, што би индиковало "2-степ метод", односно сет за 1-степ метод нема жицу водич у свом саставу. Да ли је захтев Наручиоца за 1-степ или 2-степ метод?

Одговор Наручиоца:

1. У вези вашег питања везано за партију 22, обавештавамо вас да остајемо при спецификацији датом у конкурсној документацији, тачније није могуће одступање од захтеваног?
2. У вези вашег питања везано за партију 24, обавештавамо вас да остајемо при спецификацији датом у конкурсној документацији, тачније није могуће одступање од захтеваног?
3. У вези вашег питања везано за партију 87, обавештавамо вас да је у питању 2-степ метода. У складу са датим појашњењем нручилац ће извршити измену конкурсне документације за партију 87.

Измењена Конкурсна документација биће објављена је на Порталу јавних набавки Управе за јавне набавке и сајту Наручиоца дана 25.07.2016.године, одакле се може и преузети.

Захваљујемо се на сарадњи,



Комисија за јавну набавку