

КБЦ »ДР ДРАГИША МИШОВИЋ – ДЕДИЊЕ«

Хероја Милана Тепића бр. 1

Број: 01-12635/4

Датум: 28.11.2016. године

**Предмет:** Појашњење I конкурсне документације у вези јавне набавке – Општи специфични потрошни, санитарски и уградни материјал, по партијама (поступак бр.18/16)

**Веза:** Захтев е-mail од 25.11.2016.године.

Поштовани, у вези појашњења конкурсне документације, у поступку јавне набавке, Општи специфични потрошни, санитарски и уградни материјал, по партијама, по партијама бр.18/16, обавештавамо Вас следеће:

**Питање понуђача:**

Молимо вас да нам појасните следеће везано за ЈН 18/16

Партија 37 - Хемијски индикатор за контролу парне стерилизације BOWIE DICK Тест лист 3.5 min./134° C

Шта подразумевате под називом "тест лист"? Да ли то значи самосталан, неупакован лист (са хемијским индикатором) или упакован у заштитни слој папира и картона?

Које је димензије тест лист?

**Одговор Наручиоца:**

Bowie Dick test list је упакован само када стиже у оригиналном паковању од 100 ком. Од момента отварања је сваки лист самосталан (са хемијским индикатором) и димензије су му 27,9cmX 21,6cm.

Захваљујемо се на сарадњи,



Комисија за јавну набавку