

КБЦ »ДР ДРАГИША МИШОВИЋ – ДЕДИЊЕ«
Хероја Милана Тепића бр. 1
Број: 01- 421/9
Датум: 10.02.2017. године

Предмет: Појашњење 5. у вези јавне набавке – Потрошни и уградни материјал, по партијама, (поступак бр. 02/17)

Веза: Захтев е-mail од 07.02.2017.године.

Поштовани, у вези појашњења конкурсне документације, у поступку јавне набавке, Потрошни и уградни материјал, по партијама, бр.02/17, обавештавамо Вас следеће:

Питање понуђача:

Поштовани, у складу са чл. 63.ст, 2 Закона о јавним набавкама у својству заинтересовамог лица за поступак јавне набавке Порошни и уградни материјал, по партијама ЈН 02/17 захтева следеће додатно појашњење конкурсне документације:

1. У партији 33, за ставку 10, конкурсном документацијом тражено је да игла буде направљена од легуре Wolfarm – Renium, која је патентирана легура за производњу хириршких игала произвођача Etihcon (у прилогу достављамо копију Европског патента).

Ова легура се користи са циљем постизања што бољих карактеристика по питању:

- Лаког проласка кроз ткиво,
- Повећање чврстоће игле,
- Повећање отпорности на савијање,
- Потребне еластичности,

Поред ове, европским патентом заштићене легуре, постоје и друге по саставу веома сличне легуре које се користе за израду специјалних игала за кардио- васкуларну хирургију чијом употребом се постижу исте или веома сличне карактеристике.

Да ли је могуће понудити игле направљене од других легура које такође обезбеђују тражена својства игала за партију 33, ставке 10.?

Одговор Наручиоца:

Поштовани,
Обавештавамо вас да Наручилац остаје при спецификацији датој у конкурсној документацији, тачније није могуће одступање од захтеваног.

Захваљујемо се на сарадњи,



Комисија за јавну набавку