

КБЦ »ДР ДРАГИША МИШОВИЋ – ДЕДИЊЕ«
Хероја Милана Тепића бр. 1
Број: 01-1890/6
Датум: 24.03.2017. године

Предмет: Појашњење 2. у вези јавне набавке – Потрошни материјал за дезинфекцију, стерилизацију, ентералну исхрану и фармацеутске хемикалије, по партијама, (поступак бр. 07/17)

Веза: Захтев е-mail од 22.03.2017.године.

Поштовани, у вези појашњења конкурсне документације, у поступку јавне набавке, – Потрошни материјал за дезинфекцију, стерилизацију, ентералну исхрану и фармацеутске хемикалије, по партијама, (поступак бр. 07/17) обавештавамо Вас следеће:

Питање понуђача:

За партије 11,12,14: Будите Љубазни да дефинишете коју количину и за које ставке у наведеним партијама је неопходно доставити узорке. Да ли је неопходно доставити целу ролну одређене димензије или свих димензија, као и да ли је довољно доставити неколико метара ролне за ставке за коју дефинишете да је неопходно доставити узорак или за све ставке? Ролне у наведеним партијама се производе у дужини од 200м и од 100м.

За партију 13: Која количина узорка је задовољавајућа, обзиром да се наведена трака за аутоклав производи у дужини од 50м (цео котур, или је довољно доставити неколико метара, и ака јесте дефинишете тачно колико)?

За партију 17: која количина узорка је задовољавајућа, обзиром да се у оригиналном паковању хемијских индикатора за контролу парне стерилизације класе IV налази 250 комада?

Одговор Наручиоца:

Поштовани,

За партије 11, 12 и 14. потребно је доставити узорак за сваку ставку дужине од 1m.

За партију 13. потребно је доставити цео котур.

За партију 17. довољно је доставити 5. комада.

Захваљујемо се на сарадњи,



Комисија за јавну набавку