

КБЦ »ДР ДРАГИША МИШОВИЋ – ДЕДИЊЕ«

Хероја Милана Телића бр. 1

Број: 01-3149/6

Датум: 02.11.2017. године

Предмет: Појашњења и обавештење о измени конкурсне документације IV за јавну набавку одржавање медицинских апарати производијача Drager и одржавање станице медицинског ваздуха и станице медицинских гасова са припадајућом опремом, бр.10/17,

Веза: Захтев e-mail од 31.10.2017. године.

Поштовани, у вези појашњења конкурсне документације, у поступку јавне набавке, одржавање медицинских апарати производијача Drager и одржавање станице медицинског ваздуха и станице медицинских гасова са припадајућом опремом бр. 10/17, обавештавамо Вас следеће:

Питање понуђача:

У складу са чланом 63 Закона о јавним набавкама, достављамо Вам захтев за појашњење Конкурсне документације у поступку јавне набавке мале вредности, набавке услуга - одржавање медицинских апарати производијача Drager и одржавање станице медицинског ваздуха и станице медицинских гасова са припадајућом опремом, ЈН 10/2017.

Увидом у садржину конкурсне документације, за партију 1, на страни 5 конкурсне документације, а у оквиру Техничких спецификација услуга, утврдили смо да је предмет сервисирања апарат Sulla 909v. У истом делу конкурсне документације навели сте да је као једна од услуга предвиђена и инспекција апарата Sulla 909 blau, а за који апарат тражите и сертификат производијача опреме. Такође, у оквиру Техничке спецификације услуга, предвиђени су као предмет набавке апарати Sola 300 и Sola 700. У оквиру додатних услова из члана 76. Закона о јавним набавкама тражите да понуђачи имају минимум два сервисера са сертификатом за апарате Solla 300/500/700. Молимо вас да нам појасните да ли је предмет јавне набавке апарат Sulla 909v или Sulla 909 blau, као и зашто сте тражили сертификат за апарат Sulla 909 blau, ако је предмет набавке услуга сервисирања апарат Sulla 909v? Такође вас молимо да нам појасните зашто сте тражили сертификат за апарат Solla 500 када исти није предмет набавке? Скрепљемо вам пажњу да у складу са чланом 76 закона Наручилац одређује услове за учешће у поступку тако да ти услови не дискриминишу понуђаче и да су у логичкој вези са предметом јавне набавке. На основу наведеног молимо вас да нам појасните тражено и ускладите конкурсну документацију тако да тражени сертификати покривају искључиво оне апарате који су предмет јавне набавке, јер оно што тражите у конкурсној документацији свакако није у логичној вези са предметом јавне набавке.

Код партије 2 из предметног поступка јавне набавке, налазе се станице за медицинске гасове, производијача Drager, Boge и Busch. Молимо вас да с обзиром да као додатни услов тражите да понуђачи имају најмање 2 запослена или радно ангажована сервисера који ће бити ангажовани на извршењу уговорних обавеза са важећом сертификатом о завршеној обуци издатом од стране производијача опреме за опрему: станица за медицинске гасове DRAGER GCS 500, 800, компресорска станица BOGE DWLC, BOGE DWSRM и вакуум пумпа BUSCH, поделите партију 2 на више партија на начин што би свака станица једног производијача била посебна партија. Наведено тражимо јер је партија 2 обликована тако да се траже сертификати издати од производијача опреме, те је немогуће да понуђачи имају запослене сервисере који поседују сертификате за сву тражену опрему. Дефинисањем додатног услова на наведени начин и обликовања партије тако да иста укључује апарате три различита производијача опреме вршите повреду чланова 10 и 12 Закона о јавним набавкама, односно вршите повреду начела једнакости понуђача и начела обезбеђивања конкуренције. Молимо вас да извршите измену конкурсне документације тако што ћете поступити по нашој сугестији и поделити партију 2 на више партија на начин како смо овим захтевом тражили.

Увидом у садржину конкурсне документације утврдили смо да су предмет јавне набавке и резервни делови за апарате описане конкурсном документацијом. За обе партије тражите да исти буду нови, некоришћени и оригинални резервни делови производијача опреме која је предмет сервисирања, те сте у оквиру техничке спецификације навели за партију 1 и каталогске бројеве производијача. Молимо вас и да код резервних делова као што сте код потрошног материјала предвидите могућност да понуђачи могу да понуде и одговарајуће, односно компатibilne резервне делове, а све у складу са чланом 72 Закона о јавним набавкама сходно коме Наручилац не може да користи нити да се позива на техничке спецификације или стандарде које означавају добра, услуге или радове одређене производње, извора или градње, односно не може у конкурсној документацији да назначи било који појединачни робни знак, патент или тип, нити посебно порекло или производњу осим ако Наручилац не може да опише предмет уговора на начин да спецификације буду довољно разумљиве понуђачима када навођење елемената попут робног знака, патента, типа или производијача мора бити праћено речима „или одговарајуће“. Такође, молимо вас да резервне делове: вентил плочица Sulla, халогена сијалица - Sola 300, халогена сијалица - Sola 700, држач сијалице и филтер, избришете из списка резервних делова и с обзиром да је у питању потрошни материјал исти пребаците у оквиру потрошног материјала.

Код партије 2 сте као резервне делове, који исто морају бити нови, некоришћени и оригинални делови производијача опреме која је предмет сервисирања навели и разне врсте филтера, уложака за филтере и уље за вијачне компресоре. Молимо вас да наведене ставке групишете у оквиру потрошног материјала јер исти не спадају у резервне делове, као и да код сваке ставке, без обзира да ли се ради о резервном делу или потрошном материјалу, ставите „или одговарајући“.

У моделу уговора на страни 36 конкурсне документације, навели сте у члану 1 да је предмет уговора редован сервис за медицинску опрему (Партија 1, Партија 2), затим сервисирање „по позиву“ као и испорука оригиналних резервних делова и техничког потрошног материјала по потреби, док сте конкурсном документацијом за потрошни материјал дозволили понуђачим да понуде и одговарајући. Како сте се у складу са чланом 61 Закона о јавним набавкама у обавези да припремите конкурсну документацију тако да понуђачи на основу ње могу да припреме прихватљиву понуду, молимо вас да усагласите текст конкурсне документације који се односи на потрошни материјал (а уколико измените и део који се односи на резервне делове и њега усагласите такође) и члан 1 модела уговора.

Такође, чланом 2 став 2 модела уговора прецизирали сте обавезе даваоца услуга, где сте између осталог навели да је давалац услуга обавезан да уградије оригиналне резервне делове који према испитној карти подлежу редовној превентивној замени , као и да да гаранцију за уградијене делове. Ставом 3. истог члана навели сте да се код уређаја за које, због старости, произвођач више не гарантује снђевање резервним деловима, ограничава опсег обавеза понуђача изузимањем наведених одредаба које се односе на уградију резервних делова. Молимо вас да прецизирате на које сте тачно апрате односи овај став модела уговора будући да конкурсном документацијом тражите да за све апрате резервни делови буду нови, некоришћени и оригинални. С обзиром да сте ви, као наручилац обајвили предметни поступак јавне набавке сматрамо да сте у обавези да, пре покретања поступка јавне набавке, испитате тржиште, те тачно утврдите све чињенице, а затим наведете све апарате на које се наведени став односи, односно да прецизирате за које апарате произвођач више не гарантује снђевање резервним деловима, а посебно с обзиром на чињеницу да тражите да резервни делови буду нови, некоришћени и оригинални резервни делови произвођача опреме која је предмет сервисирања. Сматрамо да сте и овде повредили члан 61 Закона о јавним набавкама јер сте саставили конкурсну документацију која није прецизна и тачно одређена, те понуђачи на основу исте не могу да припреме прихватљиву понуду.

Одговор Наручиоца:

- Предмет набавке услуга одржавања апарате је између осталих и одржавање апарате за анестезију Sulla 909v. У техничкој спецификацији „назив апарате“ је наведено „Sulla 909v“, уз другачије референцирану услугу „Инспекције Sulla 909blau“. Наручилац ће ради „јасноће“ изменити Sulla 909blau и Sulla 909v. Наручилац ће такође у склопу доказивања кадровског капацитета односно оспособљености сервисера за сервисирање Sulla 909v прихватити сертификате сервисера за Sulla 909v и за Sulla 909blau, будући да су у питању минималне разлике између ова два модела.
- Предмет набавке услуга одржавања апарате је између осталих и одржавање операционих лампи Sola 300 и Sola 700. Као доказ кадровског капацитета понуђача наведено је достављање сертификата о обучености сервисера издатог од стране производија за операционе лампе „Sola 300/500/700“ из разлога јер наручилац има сазнања (до којих је дошао испитивањем тржишта) да 10 година уназад производијач изводи сервисну обуку „збирно“ за сва три модела, те су углавном такви сертификати у оптицају. Наручилац ће такође у склопу доказивања кадровског капацитета односно оспособљености сервисера за сервисирање операционих лампи Sola 300 и Sola 700 прихватити и појединачно издате, односно за сваки модел посебно (Sola 300 и Sola 700)
- Наручилац не прихвата сугестију заинтересованог лица да се партија 2 подели на више партија . Наручилац је исту формирао као једну целину сматрајући да ће тако имати ефективнију , економичнију и ефикаснију реализацију уговора. Наручилац је партију 2 дефинисао полазећи од својих потреба у складу са природом предмета јавне набавке , а имајући у виду обавезу дефинисану чл.9 ЗЈН , према којем је наручилац дужан да обезбеди и да се поступак јавне набавке спроведе на начин и у роковима прописаним законом а са што мање трошкова везаних за поступак и извршење јавне набавке . Уређаји у партији 2 имају сличну или исту намену и она обухвата одржавање станице медицинских гасова , која се састоји од станице за медицинске гасове DRAGER GCS 500 , 800, компресорске станице BOGE DWLC, BOGE DWLC, BOGE DWSRM и вакум пунпе BUSCH које чини неодвојиву целину- систем. Наручилац је дужан да обезбеди адекватно снабдевање медицинским гасовима , а то је једино могуће ако се све три станице одржавају истовремено од стране истог понуђача. Поделом на партије , нарушава се функционисање система. Поступањем на наведен начин није повређен чл. 10 и 12 ЗЈН , који се не могу посматрати искључиво са аспекта пословних интереса појединачних понуђача , јер наручилац није дужан да има у виду који од понуђача може да учествује самостално , а који као члан групе у заједничкој понуди.
- За наручиоца је не прихватљива уградња не проверених резервних делова и потрошног материјала за Партију 1, с обзиром да се ради о апаратима који могу озбиљно угрозити живот и здравље пацијената. Прихваттањем да понуђач испоручује „одговарајуће“ уместо оригиналних резервних делова и потрошног материјала, неопходно је проширити захтев наручиоца у делу начина доказивања, како би се ми као наручилац обезбедили од испоруке не одговарајућих и не квалитетних артикула чију је појединачну техничку карактеристику немогуће дефинисати, како се то имплицитно сугерише постављеном примедбом.

Биће извршена измена у погледу захтева наручиоца за Партију 1 која ће сада гласити:

Захтеви наручиоца у погледу резервних делова:

Наручилац захтева од понуђача да сви понуђени резервни делови и потрошни материјали буду нови, некоришћени и оригинални или одговарајући оригиналним резервним деловима и потрошном материјалу производија опреме која је предмет сервисирања.

- Уколико понуђач доставља оригиналне делове и потрошни материјал, неопходно је да уз понуду достави изјаву на меморандуму производија опреме да ће бити снабдеван оригиналним резервним деловима и потрошним материјалом.
- Уколико понуђач доставља делове и потрошни материјал који је одговарајући оригиналну, неопходно је да уз понуду достави изјаву на меморандуму добављача да ће понуђач бити снабдеван одговарајућим и по свему еквивалентним оригиналним резервним деловима и потрошним материјалом који испоручује производијач опреме која се сервисира, као и

изјаву на меморандуму добављача да су резервни делови и потрошни материјал које ће испоручити добављач по квалитету и намени еквивалентни оригинални са таксативно наведеним свим каталогским бројевима са списка делова и потрошног материјала из техничке спецификације, укључујући и сервисне сетове (MX08197, MX08241, MX08013, MX08283).

- Понуђач је поред наведених Изјава у обавези да достави и изјаву под пуном кривичном и материјалном одговорношћу да ће утврђивати и испоручивати оригиналне или њима одговарајуће резервне делове и потрошни материјал.

Напомена: Наручилац задржава право провере оригиналних делова и делова одговарајућих оригиналним, код произвођача опреме.

Не достављање изјава на дефинисан начин, сматраће се неисправношћу понуде и иста ће бити одбачена.

Резервне делове које сте узгрядно навели као „вентил плочица Sulla“, „халогена сијалица - Sola 300“, „халогена сијалица - Sola 700“ и „држач сијалице и филтер“, а који су јасно наведени са својим каталогским бројевима у склопу списка резервних делова у оквиру Партије 1.нису потрошни материјал.До ове просте чињенице смо дошли испитивањем тржишта и увидом у каталог резервних делова произвођача. Ови артикли су садржани у каталогима дуги низ година и јасно су наведени у актелним каталогима у категорији „резервни делови“ и као такви су потпуно доступни на тржишту. У том смислу не можемо уважити ваш захтев да се ови резервни делови изместе у категорију потрошног материјала јер тој категорији не припадају.

6. Биће извршена измена у погледу захтева наручиоца за Партију 2 која ће сада гласити:

„Захтеви наручиоца у погледу резервних делова:

Наручилац захтева од понуђача да сав понуђени потрошни материјал и резервни делови морају бити нови, некоришћени и оригинални или одговарајући оригиналну.

Будући да ова измена погађа суштину , непотребно је одвајати резервне делове и потрошни материјал за Партију2.

7. Измене чланова уговора:

У складу са горњим појашњењима, биће извршена измена, чланова и ставова у предлогу уговора.

Посебно напомињемо у вези измене члана 2 став 3. који ће гласити:

За партију 1 , код уређаја Sulla 909v због старости, где произвођач више не гарантује снабдевање резервним деловима за поправке, а услучају не могућности поправке оригиналним резервним деловима,понуђач записнички констатује настало стање и ослобађа се обавезе поправке оваквог уређаја.

Смисао ове измене, поред вашег захтева за појашњење, је наша већ објашњена потреба да сви апарати из Партије 1, буду одржавани искључиво оригиналним резервним деловима. Оригинални делови намењени превентивном одржавању уређаја Sulla 909v, а који су наведени у спецификацији са каталогским бројевима произвођача опреме, су доступни на тржишту.

Обавеза понуђача је да редовно врши превентивни сервис са дефинисаним оригиналним резервним деловима у

спецификацији до појаве квара за чије откјлањање оригинални резервни делови нису доступни на тржишту.

НАПОМЕНА: Наручилац је објавио измену верзију конкурсне документације дана 02.11.2017.године на Порталу јавних набавки Управе за јавне набавке, и сајту Наручиоца.

У складу са ЗЈН Наручилац је дана 02.11.2017. године објавио и Обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

Захваљујемо се на сарадњи,



Комисија за јавну набавку