

КБЦ »ДР ДРАГИША МИШОВИЋ – ДЕДИЊЕ«

Хероја Милана Тепића бр. 1

Број: 01-3149/7

Датум: 06.11.2017. године

Предмет: Појашњења и обавештење о измени конкурсне документације V за јавну набавку одржавање медицинских апарата произвођача Drager и одржавање станице медицинског ваздуха и станице медицинских гасова са припадајућом опремом, бр.10/17,

Веба: Захтев е-mail од 03.11.2017.године.

Поштовани, у вези појашњења конкурсне документације, у поступку јавне набавке, одржавање медицинских апарата произвођача Drager и одржавање станице медицинског ваздуха и станице медицинских гасова са припадајућом опремом бр. 10/17, обавештавамо Вас следеће:

Питање понуђача:

У складу са чланом 63 Закона о јавним набавкама, достављамо Вам захтев за појашњење Конкурсне документације у поступку јавне набавке мале вредности, набавке услуга - одржавање медицинских апарата произвођача Drager и одржавање станице медицинског ваздуха и станице медицинских гасова са припадајућом опремом, ЈН 10/2017.

У техничкој спецификацији услуга за партије број 1 и 2 у делу назива услуга исту дефинишете као „инспекција“ предметних апарата, за шта сматрамо да је потребно исто прецизирати и навести које тачно услуге је потребно понуђачи да изврше у склопу одржавања медицинских апарата предвиђених наведеним партијама, тј. да ли се исто односи на констатовање квара, дефектажу итд.

Даље, конкурсном документацијом заинтересованим понуђачима није јасно разграничено које су то „хитне интервенције“ а које су „остале сервисне интервенције“ те сматрамо да се и то треба прецизирати, како би понуђачи знали да ли за тражене обиме интервенција испуњавају услове у погледу организације посла па тако и припреме одговарајуће понуде. Такође, за претходно наведено предвиђате рок за одазив извршиоца радова за хитне интервенције у року до 4 сата и за остале сервисне интервенције до 24 сата, те је наше питање од којег момента наведени рокови почињу да теку тј. да ли од момента пријема писаног позива или усменог позива, од момента захтева Наручиоца итд?

Конкурсном документацијом време извршења услуга поправки дефинишете на начин да се за сервисне интервенције мањег обима (који се могу отклонити на лицу места), односно отклањање стандардних кварова за чије се потребе на лагеру делова држе пројектоване количине, траје до пет дана. Мишљења смо да је и на овом месту потребно прецизирати које су то „интервенције мањег обима“, собзиром да се и сложенији кварови могу отклонити на лицу места али за које је потребан рок дужи од пет дана.

У погледу додатних услова односно кадровског капацитета од понуђача се захтева одређен број запослених односно ангажованих лица са важећим сертификатом о завршеној обуци издатом од стране произвођача опреме за опрему која је таксативно наведена, а што се доказује достављањем сертификата. Зато приликом формирања овог услова Наручилац није дефинисао поседовање сертификата о завршеној обуци издатог од стране произвођача опреме за сву опрему предвиђену овом јавном набавком? Овакво постављеним захтевом Наручилац директно крши одредбе Закона о јавним набавкама и то начело једнакости понуђача. Молимо вас да нам појсните на који начин сте одредили приоритете да се за поједине апарате доставе сертификате а за које не.

Такође, изменама конкурсне документације од 02.11.2017. године, изменили сте конкурсну документацију за партију 1. на начин што сте усагласили спецификацију јавне набавке, односно апарате са сертификатима и инспекцијом које тражите за апарате SULLU 909v и лампе SOLA 500 и 700. Ипак у оквиру додатних услова оставили сте могућност да понуђачи доставе сертификате за SULLU 909v или SULLU 909blau. Ваша измена нам није јасна с обзиром да апарат SULLU 909blau није ни предмет јавне набавке, те овако постављен услов није у логичкој вези са предметом јавне набавке.

Уколико би гледали ситуацију са вашом логиком да дозвољавате достављање сертификата за 1 од 2 наведена апарата с обзиром да се битно не разликују онда би требали да дозволите да се доставе сертификати и за друге апарате из партије 1 који су слични апаратима и спецификацијом, на пример уместо сертификата за BABY THERM 8004 да се достави сертификат BABY THERM 8000 или BABY THERM 8010 или уместо сертификата OXYLOG 1000 да се достави сертификат за OXYLOG 2000. С обзиром на наведено молимо вас да усагласите конкурсну документацију, односно додатни услов са спецификацијом јавне набавке, те избаците са списка апарата за које је потребно да се доставе сертификати како SULLU 909blau, тако и лампу SOLA 500.

Такође, потребно је усагласити време пружања предметних услуга из разлога што наручилац са једне стране у делу конкурсне документације у којем дефинише рок извршења услуга наводи да је понуђач у обавези да предметну услугу, извршава у току од 365 дана, од дана закључења уговора, док с друге стране у моделу уговора наводи рок важења уговора од годину дана од дана закључења истог. Наведено је потребно ускладити из разлога што се рачинање рокова у данима и година разликују.

Што се тиче вашег одговора објављеног на порталу јавних набавки дана 02.11.2017. године, у погледу нашег захтева да се партија 2 подели на више партија с обзиром да се ради о три различита произвођача опреме, навели сте да су у питању две станице медицинских гасова и то произвођача DRAGER и BOGE, а да је од произвођача BUSH вакуум пумпа, те да исте чини неодојиви систем. Даље сте навели да је Наручилац дужан да обезбеди адекватно снабдевање медицинским гасовима, а да је то једино могуће ако се све три станице одржавају истовремено од стране истог понуђача, те да наручилац дефинисањем додатног услова није повредио чланове 10. и 12. Закона о јавним набавкама, јер се исти не могу посматрати искључиво са аспекта пословних интереса појединачних понуђача с обзиром да наручилац није дужан да има у виду ко од понуђача може да учествује самостално, а ко као члан групе у заједничкој понуди. Сматрамо да наведена тврдња није тачна јер управо ви као наручилац имате обавезу да испитате тржиште пре покретања поступка јавне набавке и да на основу постојећег стања на тржишту, односно стања на тржишту у време покретања самог поступка јавне набавке, дефинишете како додатне услове тако и саму спецификацију и обликовање јавне набавке по пртијама, тако да више понуђача може да учествује у предметном поступку јавне набавке и припреми прихватљиву понуду.

С обзиром да ви као наручилац дефинишете и састављате конкурсну документацију ваша је обавеза и одговорност да пропишете услове на начин што ћете омогућити већем броју понуђача да учествује, а то једино можете урадити ако утврдите ко од понуђача на територији Републике Србије има запослене или радно ангажоване сервисере са сертификатима издатим од стране сва три проивођача и то за тачно наведене станице и апарате из спецификације јавне набавке, а што судећи по вашем одгоору од 02.11.2017. године нисте учинили. Скрећемо вам пажњу да смисао самог поступка јавне набавке није да се понуђачи приморавају да учествују у заједничкој понуди јер једино на наведени начин могу да испуне додатне услове, већ да се преваходно поштујући објективне потребе наручиоца обезбеди конкуренција и начело једнакости понуђача, те добије више од једне прихватљиве понуде. Дефинисањем партије 2. на наведени начин, тражите сервисере са сертификатима 3 различита произвођача медицинске опреме, а што понуђачи самостално не могу да испуне, а при том ни у свом одговору нисте образложили свој поступак и оправдали разлог због кога сте дефинисали партију 2. на овај начин. У колико имате потребу да заиста један понуђач сервисира све ставке из партије 2, требали сте додатне услове да дефинишете на начин да исти не дискриминишу понуђача и да већи број понуђача може да испуни, а не да пропишете додатне услове који се односе само на сертификате издате од старане произвођача.

Изменом конкрсне документације у моделу уговора у члану 1, навели сте да је „предмет уговора редован сервис за медицинску опрему (партија 1, Партија 2), затим сервисирање „по позиву“, као и испорука оригиналних резервних делова и техничког потрошног материјала по потреби за партију 1, испорука оригиналних резервних делова и техничког потрошног материјала по потреби или одговарајућих за партију 2, за наручиоца услуга. Наведеном изменом сте за партију 2, прихватили и одговарајуће резервне делове и потрошни материјал, док за партију 1 остала одредба „испорука оригиналних резервних делова и техничког потрошног материјала по потреби за партију 1.“. Молимо вас да усагласите текст модела уговора са одредбама конкурсне документације.

У моделу уговора, у члану 2, навели сте: „за партију 1, код уређаја SULLA 909blau, због старости, где произвођач више не гарантује снабдевање резервним деловима, а у случају немогућности поправке оригиналним резервним деловима, понуђач записнички констатује настало стање и ослобађа се обавезе поправке оваквог уређаја“. Пре свег вам скрећемо пажњу да се у партији 1, не налази наведени апарат, већ апарат SULLA 909v. Такође, дефинисањем овог члана на наведени начин, доводите у неједнак положај понуђаче који би испоручивали оригиналне резервне делове произвођача опреме и понуђаче који испоручују одговарајуће резервне делове јер ослобађате обавезе поправке прве у случају не постојања оригиналних резервних делова.

Одговор Наручиоца:

1. Редовно одржавање се обавља у прописаним интервалима (два пута годишње) укључујући инспекцију, сигурносно-техничку контролу у складу с упутствима произвођача. Опсег инспекције одређен је испитном документацијом коју издаје и прописује произвођач.
2. Хитне интервенције представљају хитно оспособљавање апарата за рад како се не би угрозио процес рада установе (операционе сале, јединице интензивне неге и одељење неонатологије), све остале интервенције спадају у „остале сервисне интервенције“.
У складу са захтеваним питањем у вези рока одзива за сервисне интервенције Наручилац је изменио конкурсну документацију.
3. Сви кварови који немају потребу за одвожењем апарата у сервис и/или увоз делова морају се завршити у року до 5 дана. Ради прецизирања времена извршења услуге поравки Наручилац је изменио конкурсну документацију.
4. Приликом формирања овог услова наручилац је по приоритетности и важности одржавања опреме дефинисао поседовање сертификата.
Преостала опрема из техничке документације која не подлеже достављању сертификата је или саставни део система/опреме или потпомаже рад приоритетне опреме.
5. У складу са захтеваним Наручилац је изменио конкурсну документацију.

6. У складу са захтеваним Наручилац је изменио конкурсну документацију.

7. Конкурсна документација је конципирана по Законом о јавним набавкама и важећим начелима транспарентности, економичности и конкуретности, а у складу са нашим потребама да опрему одржавају стручна лица, која су обуку прошла код произвођача опреме.

Наручиоцима је остављена могућност уколико не могу да задовоље неки од тражених капацитета да своју понуду дају као део заједничку понуду удружени у групу понуђача или са подизвођачем.

Опрема три произвођача која функционише у оквиру јединственог система развода медицинских гасова. За рад на одржавању целокупног система (станица, компресора, вакуум пумпи) неопходна је стручност и једновременост у пржању услуга редовног превентивног одржавања.

Медицински ваздух, о чијој се припреми и дистрибуцији овде ради, је по фармакопеји „лек“ тачно дефинисаног састава односно дефинисаних нежељених примеса, као што су влага, уљне паре и друге штетне примесе које могу угрозити пацијенте и безбедан рад медицинских апарата анестезије и интензивне неге, што захтева од понуђача посвећеност и одговорност за рад комплетног система.

8. У складу са захтеваним Наручилац је изменио конкурсну документацију.

9. У складу са захтеваним Наручилац је изменио конкурсну документацију.

НАПОМЕНА: Наручилац је објавио измењену верзију конкурсне документације дана 06.11.2017.године на Порталу јавних набавки Управе за јавне набавке, и сајту Наручиоца.

У складу са ЗЈН Наручилац је дана 06.11.2017. године објавио и Обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

Захваљујемо се на сарадњи,



Комисија за јавну набавку