

KBC »DR DRAGIŠA MIŠOVIĆ – DEDINJE«

Heroja Milana Tepića br. 1

Broj: 01-8380/5

Datum: 12.07.2017. godine

**Predmet:** Pojašnjenje 2. konkursne dokumentacije u vezi sa javnom nabavkom - Popravke i održavanje medicinske opreme (JN – 16/17)

**Veza:** Zahtevi e-mail od 09.07.2017.godine.

Poštovani, u vezi pojašnjenja konkursne dokumentacije, u postupku javne nabavke - **Popravke i održavanje medicinske opreme** br.16/17, obaveštavamo Vas sledeće:

**Pitanje ponuđača:**

Molimo Vas da nam kao zainteresovanom ponuđaču, a u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama R.Srbije, date odgovore na sledeće klarifikaciona pitanja za JN 16/17:

1 Partija 1

U okviru partije 1 ste definisali 12 uređaja proizvođača Getinge i po jedan uređaj proizvođača Nuove, Melag, TecnoGaz i Promitech.

Obzirom da smo generalni i ekskluzivni zastupnici proizvođača Getinge za tržište Srbije i da raspolažemo obučanim i autorizovanim servisnim inženjerima, originalnim rezervnim delovima i potrošnim materijalom, i obzirom na broj aparata u okviru partije 1, mišljenja smo da bi proizvode Getinge trebalo svrstati u jednu zasebnu partiju.

Naime, daljom analizom tenderske dokumentacije utvrdili smo da je jedan od dodatnih uslova da potencijalni ponuđači za partiju 1 treba da imaju najmanje jednog obučenog servisera za jednog od proizvođača koji su navedeni u partiji 1.

To bi u praksi značilo da neko ko ima obučenog servisera za jedan stoni autoklav TecnoGaz ispunjava uslove za partiju 1 i da bitrebalo da servisira i ostale aparate iz te partije iako nema ni znanja, ni alate, ni software (servisne programe, radne programe), ni rezervne delove, ni potrošni materijal za aparate Getinge, koji čine 90% ove partije.

U nastavku tenderske dokumentacije se vidi da ste kao Naručilac uglavnom poštovali načelo razdvajanja opreme po proizvođačima, kao na primer u istovrsnoj Partiji 16 (autoklavi BeliMed - 2 kom), te nam nije jasno zašto taj princip niste primenili i kod Partije 1.

Molimo Komisiju da uvaži naš predlog i opremu proizvođača Getinge svrsta u jednu celinu/ partiju, a u cilju dobijanja adekvatne usluge servisiranja i snabdevanja potrošnim materijalom i rezervnim delovima od ovlašćenog zastupnika.

Svaka servisna intervencija na parnim sterilizatorima od strane neautorizovanog servisera, sa neadekvatnom opremom i delovima, može da ima nesagledive posledice po bezbednost osoblja i proces rada u vašoj ustanovi.

Molimo vas da nam po ovom pitanju izađete u susret i izvršite odgovarajuću izmenu tenderske dokumentacije.

**Odgovor Naručioca:**

Naručilac je formirao partije u skladu sa svojim objektivnim potrebama i vodeći računa da istovrsni uređaji budu u istoj partiji, a sve u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama i Čl. 10. (Načelo obezbeđivanja konkurencije).

U skladu sa iznetim Naručilac ostaje pri zahtevanoj konkursnoj dokumentaciji.

Zahvaljujemo se na saradnji,



Komisija za javnu nabavku