

KBC »DR DRAGIŠA MIŠOVIĆ – DEDINJE«
Heroja Milana Tepića br. 1
Broj: 01-8380/7
Datum: 31.07.2017. godine

Predmet: Pojašnjenje 4. konkursne dokumentacije u vezi sa javnom nabavkom - Popravke i održavanje medicinske opreme (JN – 16/17)

Veza: Zahtev e-mail od 27.07.2017.godine.

Poštovani, u vezi pojašnjenja konkursne dokumentacije, u postupku javne nabavke - **Popravke i održavanje medicinske opreme** br.16/17, obaveštavamo Vas sledeće:

Pitanje ponuđača:

Poštovani,
vezano za JN 16/17, molimo vas da nam kao zainteresovanom ponuđaču, a saglasno Zakonu o javnim nabavkama, date odgovore na sledeća pitanja:

1 Strana 24., tačka 2.1

Navedena je tabela za redovan šetomesečni i godišnji servis parnog sterilizatora "Getinge" tip HS66.

Navedeni radovi kao i preporučeni delovi, ne odgovaraju specifikaciji potrebnih radova, potrošnog materijala i delova za redovne servise parnog sterilizatora "Getinge" tip HS66, prema proizvođačkoj specifikaciji. Obzirom da će ovo možda predstavljati problem prilikom izvođenja potrebnih radova na redovnom održavanju parnog sterilizatora, molimo vas da specifikaciju radova, potrebnih delova i potrošnog materijala, usaglasite sa proizvođačkom specifikacijom, kako bi dali adekvatnu ponudu i kako ne bi imali mogućih problema u izvršenju redovnih servisa sa neodgovarajućom specifikacijom.

2 Navedeno u tački 1 ovog dopisa takođe se odnosi i na tabelu na strani 25, za parni sterilizator "Getinge" tip HS6610 EFL

3 Strana 26., tabela 2.4.

Za godišnji servis mašine za pranje i dezinfekciju instrumenata "Getinge", naveli ste pod tačkom 2. Zamena Hepa filtera. Prema našem saznanju, predmetna mašina ne poseduje HEPA filter te vas molimo da u skladu sa tim izmenite specifikaciju delova za redovan servis mašine za pranje i dezinfekciju instrumenata "Getinge".

4 Na stranama 27, 28, 29 i 30, dati su opisi za redovne šestomesečne i godišnje servise malih stonih parnih sterilizatora različitih proizvođača. Međutim, specifikacija za sva četiri sterilizatora je potpuno ista, što je malo verovatno moguće. U tački 3. specifikacije godišnjeg redovnog servisa, naveli ste potrebnu zamenu zaptivki sonde generatora pare. Pouzdano znamo da nemaju svi parni sterilizatori ugrađen poseban generator pare, pa je samim tim nemoguće uraditi traženu intervenciju. Molimo vas da specifikaciju potrebnih radova i rezervnih delova usaglasite sa stvarnim potrebama servisa konkretnih aparata.

5 Na strani 31 konkursne dokumentacije, nalazi se tabela cenovnika rezervnih delova za partiju 1. Na kraju tabele nalaze se rezervni delovi za četiri različita stona parna sterilizatora (proverite definiciju za parni sterilizator "Promitech" - prema našim saznanjima, u pitanju je laboratorijski vertikalni parni sterilizator). Potpuno isti spisak rezervnih delova je naveden za sva četiri modela parnih sterilizatora. Pouzdano znamo da, na primer, kod parnog sterilizatora "Promitech", veći deo navedenih rezervnih delova ne postoji. Sigurno je slična situacija i kod ostalih sterilizatora, tj. da priloženi spisak rezervnih delova nije odgovarajući, te vas stoga molimo da navedeni spisak rezervnih delova korigujete, kako bi mogli da damo adekvatnu ponudu.

Odgovor Naručioca:

Tehnicka specifikacija potrebnih radova, delova i potrošnog materijala data u konkursnoj dokumentaciji nije menjana u odnosu na prethodne jer nije ni bilo promena u opremi tokom prethodnog perioda.

Ukoliko ponuđač pouzdano zna da određene stavke iz tehničke specifikacije ne odgovaraju datom uređaju u tabeli koja se nalazi u prilogu svake partije mogu upisati vrednost 0,00 din za datu stavku.

Zahvaljujemo se na saradnji



Komisija za javnu nabavku