

КБЦ »ДР ДРАГИША МИШОВИЋ – ДЕДИЊЕ«
Хероја Милана Тепића бр. 1
Број: 01-7172/3
Датум: 21.09.2017. године

Предмет: Појашњење конкурсне документације у вези јавне набавке – Кесе за узимање крви, бр. 21/17

Веза: Захтев е-маил од 19.09.2017.године.

Поштовани, у вези појашњења конкурсне документације, у поступку јавне набавке, **Кесе за узимање крви, бр. 21/17**, обавештавамо Вас следеће:

Питање понуђача:

Поштовани,

У складу са чл.63. ст.2. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15) обраћамо Вам се као потенцијални понуђач у поступку јавне набавке - Кесе за узимање крви са пратећим епруветама - ЈН бр. 21/17, ради добијања додатних информација (појашњења) у вези припремања понуде.

Наручилац је под редним бројем 5 специфицирао добро - *Vacc. Tube K2 EDTA 9ml* - у количини од 2200 комада.

Питање 1.

Да ли се вредност од 9ml односи на укупну запремину вакуум епрувете или на количину крви која вакуумом треба да буде евакуисана у епрувету?

Питање 2.

Ако се захтевани волумен односи на вакуумски евакуациони волумен, да ли је за Наручиоца прихватљиво понудити вакуум епрувету, стандардних геометријских димензија 16x100mm, која обезбеђује гарантовани вакуумски волумен од 10ml?

Питање 3.

Предлажемо Наручиоцу да ставке под редним бројевима 4 и 5 - Вакуум епрувете од 3 и 9 ml изостави из ове набавке или да за њих формира посебну партију. Скоро ниједан активни дистрибутер кеса за крв у Србији нема у својој понуди и вакуум епрувете. Из тог разлога дистрибутери кеса који планирају удешће у набавци, а да би испунили захтевану спецификацију, епрувете морају купити од других дистрибутера вакуум епрувета, што у укупном у приличној мери повећава трошкове за крајњег корисника, тј., Наручиоца. За Наручиоца је економски оправданије да набавку епрувета предвиди посебном партијом, чиме би омогућио да добије директне понуде од дистрибутера вакуум епрувета, и тиме оствари значајну финансијску уштеду. Са становишта функционалности, основна функција коју кеса за крв треба да омогући је узирнање крви од добровољног даваоца, за чије испуњење није неопходна вакуум епрувета. Узимање узорка крви у вакуум епрувету представља опциону карактеристику и могу се користити све епрувете направљене у складу са референтним стандардима. Самим тим за функцију кесе за крв није неопходна набавка епрувета од дистрибутера кеса за крв, јер тиме није онемогућена функција узимања узорака у вакуум епрувете

Одговор Наручиоца:

Одговор 1.

Вредност од 9 ml односи се на укупну запремину вакуум епрувете.

Одговор 2.

Наручилац ће прихватити вакуум епрувету, стандардних геометријских димензија 16x100 mm, која обезбеђује гарантовани вакуумски волумен од 10ml.

Одговор 3.

Наручилац остаје при захтеваној спецификацији.

Захваљујемо се на сарадњи,



Комисија за јавну набавку