

КБЦ »ДР ДРАГИША МИШОВИЋ – ДЕДИЊЕ«
Хероја Милана Тепића бр. 1
Број: 01- 13965/13
Датум: 29.12.2017. године

Предмет: Појашњење 9 и Обавештење о измени конкурсне документације 4 у вези јавне набавке – Потрошни и уградни материјал, по партијама, (поступак бр. 25/17)

Веза: Захтев е-mail од 27.12.2017.године.

Поштовани, у вези појашњења конкурсне документације, у поступку јавне набавке, Потрошни и уградни материјал, по партијама, бр.25/17, обавештавамо Вас следеће:

Питање понуђача:

Да ли ћете за ЈН 25/17 - Потрошни и уградни материјал, за партију бр. 9 прихватити спецификацију "Полипропиленски монофиламентни макропорозни TOT субуретрални слинг за OUTSIDE-IN или INSIDE-OUT технику, укупне дужине 460-480 mm, ширине 13 mm, дијаметра пора 500-1000 µm, глатких термокаутеризованих ивица, у паковању са два семициркуларна инструмента од нерђајућег челика за једнократну употребу, дијаметра 3 mm"?

Одговор Наручиоца:

У складу са вашим захтевом Наручилац врши измену конкурсне документације за партију 9. која сада гласи:

| ПАРТИЈА | Назив производа | Јединица мере | Количина |
|---------|--|---------------|----------|
| 9. | | | |
| 1. | Traka za korekciju stres inkontinencije kod žena-TOT traka outside-in (100% monofilamentna-polipropilenska trans-opturatorska traka, pletena, 0.3mm gustine, makroporozna, dimezija 11-13x450-600mm, veličine pore 500-1000µm, 48-78g/m ² težine, glatkih ivica, elastičnosti 7,5% sa helicio instrumentima | kom | 22 |

Измењени Обрасци понуда објављени су на Порталу јавних набавки Управе за јавне набавке и сајту Наручиоца дана 29.12.2017. године, одакле се могу преузети.

Захваљујемо се на сарадњи,



Комисија за јавну набавку