

КБЦ »ДР ДРАГИША МИШОВИЋ – ДЕДИЊЕ«

Хероја Милана Тепића бр. 1

Број: 01-13965/4

Датум: 11.12.2017. године

Предмет: Појашњење 1 у вези јавне набавке – Потрошни и уградни материјал, по партијама, (поступак бр. 25/17)

Веза: Захтев е-mail од 07.12.2017. године.

Поштовани, у вези појашњења конкурсне документације, у поступку јавне набавке, Потрошни и уградни материјал, по партијама, бр.25/17, обавештавамо Вас следеће:

Питање понуђача:

1. За партије 13 и 14 . понуђач је дужан да достави узорке у виду једног комерцијалног паковања. Да ли се мисли на кесицу конца за сваку ставку из партија или кутију конца паковање А12 за сваку ставку из партија?
2. У партији 13 тражена је тензиона снага за ресорптивни конач 51% 21. Дана, да ли ће понуда бити прихватљива ако се понуди конач са тензионом снагом од 50% 21. Дана?
3. У партији 13 ставке 17 и 18 тражен је конач Polyglactin 910 брзо ресорбујући а у ставци 19 Polyglolic acid брзо ресорбујући. Да ли ће понуда бити прихватљива ако се понуди Polyglolic acid брзо ресорбујући за ставке 17 и 18?

Одговор Наручиоца:

1. Наручилац је у конкурсној документацији у оквиру поглавља III - Техничке карактеристике под тачком 5. за партије 13 и 14. захтевао доставу узорака у виду једног комерцијалног паковања са упутством за употребу. Из наведеног захтева јасно проистиче да је потребно доставити кутију конца за сваку ставку из партије, а не кесицу конца.
2. Наручилац ће прихватити понуду понуђача који понуди тензиону снагу за ресорптивни конач 50% 21 дана.
3. Наручилац ће прихватити понуду понуђача који и за ставке 17 и 18 понуди конач Polyglolic acid брзо ресорбујући.

Захваљујемо се на сарадњи,



Комисија за јавну набавку