

КБЦ »ДР ДРАГИША МИШОВИЋ – ДЕДИЊЕ«
Хероја Милана Тепића бр. 1
Број: 01-1802/12
Датум: 26.03.2018. године

Предмет: Појашњење 8. у вези јавне набавке – Општи потрошни и специфични материјал ,по партијама, (поступак бр. 04/18)

Вежа: Захтев е-mail од 23.03.2018.године.

Поштовани, у вези појашњења конкурсне документације, у поступку јавне набавке, Општи потрошни и специфични материјал ,по партијама, (поступак бр. 04/18) обавештавамо Вас следеће:

Питање понуђача:

Питање 1 -Партија 65

Љубазно молимо тендерску комисију да за ставку 1 и ставку 3 прихвати Спинална игла са pencil point врхом дужине 88 mm – 90mm.

Питање 2 -Партија 101

Молимо тендерску комисију да прихвати тубусе и већих дужина од специфицираних за 8.0 дужине 320mm, за 8.5 дужине 345mm, за 9.0 дужине 350mm, за 9.5 за дужине 350mm. Напомињемо да се тубус **МОЖЕ СКРАТИТИ** на жељену дужину пре интубације тако да веће дужина тубуса представља бољу функционалну карактеристику тубуса, тако да молимо тендерску комисију да потврди да ће прихвати и дуже тубусе.

Питање 3- Partija 103

Молимо тендерску комисију да у складу са ЗЈН, И основне одредбе ,члан 10., потврди да ће прихватити и еквиваленте тако да се техничком спецификацијом не фаворизује само један произвођач, самим тим и само један понуђач, што је противно чл.9 ЗЈН-а. Молимо тендерску комисију да прихвати и армиране тубусе и других произвођачаи прихватити равноправно учешће компаније ----- са следећим величинама. Величине: 6 (ID 6 mmOD 8.4 mm) дужине 329 mm; 6.5 (ID 6.5 mmOD 9.0 mm) дужине 334 mm; 7 (ID 7 mmOD 9.6 mm) дужине 352 mm; 7.5 (ID 7.5 mmOD 10.2 mm) дужине 356 mm; 8 (ID 8 mmOD 10.8 mm) дужине 364 mm; 8.5 (ID 8.5 mmOD 11.3 mm) дужине 388 mm; 9 (ID 9 mmOD 11.9 mm) дужине 398 mm; 9.5 (ID 9.5 mmOD 12.4 mm) дужине 399 mm .

Питање 4

Љубазно молимо тендерску комисију , да потврди да за партију 102 и партију 103, где сте дефинисали функционалну карактеристику за лако увођење фибер-оптичког ендоскопа по типу "slide-tex", што представља заштићени назив само једног произвођача и на нашем тржишту једног понуђача, што је у супротности са Законом о јавним набавкама, да потврдите да ће те прихватити равноправно учешће компаније ----- са истим функционалним карактеристикама које се односе на понуђено средство.

Одговор Наручиоца:

Поштовани,
Обавештавамо вас да Наручилац остаје при спецификацији датог у конкурсној документацији.

Захваљујемо се на сарадњи,



Комисија за јавну набавку