

КБЦ »ДР ДРАГИША МИШОВИЋ – ДЕДИЊЕ«
Хероја Милана Тепића бр. 1
Број: 01-1802/13
Датум: 26.03.2018. године

Предмет: Појашњење 9. у вези јавне набавке – Општи потрошни и специфични материјал ,по партијама, (поступак бр. 04/18)

Веза: Захтев е-mail од 23.03.2018.године.

Поштовани, у вези појашњења конкурсне документације, у поступку јавне набавке, Општи потрошни и специфични материјал ,по партијама, (поступак бр. 04/18) обавештавамо Вас следеће:

Питање понуђача:

Партија 59:
За ставке 4-5:

Да ли је потребно да у тренутку издавања микробиолошке анализе, односно тестирања и издавања извештаја, лабораторија буде сертифицирана?

Ставка 1:

Да ли прихватате филтер чији је опсег дисајног волумена (Vt) 150-1500 ml, обзиром да је ово већи опсег од траженог у спецификацији?

Ставка 2:

Да ли прихватате филтер чији је опсег дисајног волумена (Vt) 90-1500 ml и тежином од 19g обзиром да су ово незнатна одступања од тражених?

Ставка 5:

Да ли прихватате систем црева дужине 1.8m са интегрисаном линијом за гасни мониторинг, наставком (руком) дужине 1.2m (замена на 7 дана, антибактеријска ефикасност 99.9%) са антимикуробном заштитом на бази јона сребра, обзиром да су ово незнатно дужа црева од захтеваних?

Ставка 6:

Да ли прихватате сет црева за анестезију за децу дужине 2.4m са додатном граном дужине 1.1 m и балоном од 1l, са колено конекцијом са luer-lock портом и са додатним филтером у склопу сета као додатном погодношћу?

Одговор Наручиоца:

Поштовани,
Наручилац ће поступати у складу са важећим прописима Републике Србије.
Обавештавамо вас да Наручилац остаје при спецификацији из конкурсне документације.

Захваљујемо се на сарадњи,

Комисија за јавну набавку