

КБЦ »ДР ДРАГИША МИШОВИЋ – ДЕДИЊЕ«
Хероја Милана Тепића бр. 1
Број: 01-5815/11
Датум: 14.06.2018. године

Предмет: Појашњење 7. у вези јавне набавке - Општи потрошни, санитарски, уградни и специфични материјал, по партијама, (поступак бр. 12/18)

Веза: Захтев е-mail од 12.06.2018.године.

Поштовани, у вези појашњења конкурсне документације, у поступку јавне набавке, Општи потрошни, санитарски и специфични материјал, по партијама бр.12/18, обавештавамо Вас следеће:

Питање понуђача:

Поштовани,

Питање 1 / Партија 63

Као потенционални понуђачи постављамо питање за партију 63.

Наручилац у обрасцу понуде наводи "Урин часа 60мл са навојем, стерилна, висине 65мм, пречника 37-38мм, појединачно упакована, за апарат Previ Isola

", да ли је за наручиоца И његов апарат Previ Isola прихватљиво да урин чаша буде димензија 60 мл, висине 70 и пречника 35мм

У прилогу Вам шаљем каталог како би лакше могли да дођете до одговора за доле наведено. Каталогска шифра поменутог артикала је: 382451

Одговор Наручиоца:

Поштовани,

Димензије које сте нам послали за урин чаше не одговарају за рад на апарату Previ Isola, (пречник је не прихватљив). Обавештавамо вас да Наручилац остаје при конкурсној документацији.

Захваљујемо се на сарадњи,



Комисија за јавну набавку