

КБЦ »ДР ДРАГИША МИШОВИЋ – ДЕДИЊЕ«
Хероја Милана Тепића бр. 1
Број: 01-5815/8
Датум: 03.08.2018. године

Предмет: Појашњење 4. у вези јавне набавке Општи потрошни, санитарски, уградни и специфични материјал, по партијама, (поступак бр. 18/18)

Веза: Захтев e-mail од 02.08.2018.године.

Поштовани, у вези појашњења конкурсне документације, у поступку јавне набавке, Општи потрошни, санитарски, уградни и специфични материјал, по партијама бр.18/18, обавештавамо Вас следеће:

Питање понуђача:

1. Поштовани, као потенцијални понуђачи постављамо питање везано за партију 43. Наручилац је за ставку 1 у уквиру партије 43 захтевао следеће:

1.	Ekstarktor kamena, sa 4 ravne žice od nerđajućeg čelika, dužine 90cm i 115cm, promerom korpe od 15-20mm, atraumatskog vrha, graduisan, radiopakni, dimenzije CH3
----	--

Да ли је за наручиоца прихватљиво уколико се понуди:

1.	Ekstarktor kamena, sa 4 ravne žice od nerđajućeg čelika, dužine 90cm i 120cm, promerom korpe od 15-20mm, atraumatskog vrha, graduisan, radiopakni, dimenzije CH3
----	--

2. Поштовани, као потенцијални понуђачи постављамо питање везано за партију 44. Наручилац је за ставке 4 и 5 у уквиру партије 44 захтевао следеће:

4.	SONDA DOUBLE J sa dve kleme, uvođačem od 90cm i guide-om (žica uvođač) od 150cm br. 4.8
5.	SONDA DOUBLE J broj 4.8

Да ли је за наручиоца прихватљиво уколико се понуди:

4.	SONDA DOUBLE J sa jednom klemom, uvođačem od 90cm i guide-om (žica uvođač) od 150cm br. 4.7
5.	SONDA DOUBLE J broj 4.7

Одговор Наручиоца:

1. За партију 43. за ставку 1. Наручилац ће прихватити понуђено добро описано у питању. У складу са датим појашњењем Наручилац врши измену конкурсне документације.

НАПОМЕНА: Измењена Конкурсна документација – Обрасци понуда 2, објављени су на Порталу јавних набавки Управе за јавне набавке, и сајту Наручиоца дана 03.08.2018.године, одакле се могу преузети.

2. Обавештавамо вас да Наручилац остаје при захтеваној техничкој спецификацији за партију 44.

Захваљујемо се на сарадњи,



Комисија за јавну набавку