

КБЦ »ДР ДРАГИША МИШОВИЋ – ДЕДИЊЕ«
Хероја Милана Тепића бр. 1
Број: 01-5815/10
Датум: 03.08.2018. године

Предмет: Обавештење о измени конкурсне документације 2. у вези јавне набавке – Општи потрошни, санитарски, уградни и специфични материјал, по партијама (поступак бр.18/18)

У складу са чланом 63. ЗЈН, у предметном поступку јавне набавке Наручилац врши измену Конкурсне документације дана 03.08.2018. године и измене се састоје у следећем:

1. Мења се табеларни део конкурсне документације у excel формату, и то:

- Мења се партија 6., и сада гласи:

ПАРТИЈА	Назив производа	Јединица мере	Количина
6.			
1.	Smart kartica za merenje hemodinamskih parametara	kom	60
2.	Senzor za merenje hemodinamskih parametara	kom	60
3.	Set za injektovanje rastvora		

- Мења се партија 43., и сада гласи:

ПАРТИЈА	Назив производа	Јединица мере	Количина
43.			
1.	Ekstarktor kamena, sa 4 ravne žice od nerđajućeg čelika, dužine 90cm i 115-120cm, promerom korpe od 15-20mm, atraumatskog vrha, graduisan, radiopakni, dimenzije CH3	kom.	6
2.	Ekstarktor kamena, sa 4 ravne žice od nerđajućeg čelika, dužine 90cm, promerom korpe od 15-20mm, atraumatskog vrha, graduisan, radiopakni, dimenzije CH4	kom.	6

- Мења се партија 45., и сада гласи:

ПАРТИЈА	Назив производа	Јединица мере	Количина
45.			
1.	EKG elektrode sa gelom 55mm-60mm za holter EKG, dijagnostiku i ergometriju, mikroporozna traka, otporne na tečnosti, čvrsto prijanjanje	kom	7200

- Додаје се нова партија 65., и гласи:

SET ZA STEREOTAKSIČNU VAKUMSKU BIOPSIJU I EKSCIZIJU DOJKE SA PRATEĆIM PRIBOROM ZA SISTEM SUROS ATEC

ПАРТИЈА	Назив производа	Јединица мере	Количина
65.			
1.	Igla za vakuumsku biopsiju i eksciziju dojke 9G, 12-20. Dužina igle 12cm, aksijalni otvor 20mm, kompatibilno sa uređajem za vakuumsku biopsiju dojke Hologic ATEC Suros Sapphire	kom	10
2.	Igla za vakuumsku biopsiju i eksciziju dojke 12G, 12-20. Dužina igle 12cm, aksijalni otvor 20mm, kompatibilno sa uređajem za vakuumsku biopsiju dojke Hologic ATEC Suros Sapphire.	kom	10
3.	Kanister za sukciju, Kompatibilan sa SUROS ATEC sistemom, kompatibilno sa svim stavkama iz predmetne partije.	kom	20
4.	Marker za biopsiju 9G, kompatibilno sa onim stavkama iz predmetne partije odgovarajućeg prečnika (G).	kom	10
5.	Marker za biopsiju 12G, kompatibilno sa onim stavkama iz predmetne partije odgovarajućeg prečnika (G).	kom	10

- Додаје се нова партија 66., и гласи:

POTROŠNI MATERIJAL ZA BIOPSIJE I PUNKCIJE VOĐENE ULTRAZVUKOM

ПАРТИЈА 66.	Назив производа	Јединица мере	Количина
1.	Igla 14 G x10cm	ком	40
2.	Igla 14 G x15cm	ком	40

Обавезне техничке карактеристике:

- izuzetno oštar troakar i košuljica igle
- košuljica igle graduisana, u razmacima od 1cm
- vrh igle sa velikom refleksijom pod ultrazvukom, dužine 2cm
- povećan prostor za smeštaj uzorka na igli, dužine 18 - 19 mm
- igle za biopsiju u različitim bojama u odnosu na veličinu ("G" - gauge) radi lakše orijentacije
- kompatibilne sa pištoljem proizvođača Bard

НАПОМЕНА: Измењена Конкурсна документација – Обрасци понуда 2, објављени су на Порталу јавних набавки Управе за јавне набавке, и сајту Наручиоца дана 03.08.2018.године, одакле се могу преузети.

Захваљујемо се на сарадњи,

Комисија за јавну набавку

