

КБЦ »ДР ДРАГИША МИШОВИЋ – ДЕДИЊЕ«
Хероја Милана Тепића бр. 1
Број: 01- 9743/8
Датум: 14.09.2018. године

Предмет: Појашњење 4. у вези јавне набавке - Потрошни материјал - шавни, по партијама,
(поступак бр. 26/18)

Веза: Захтев е-mail од 11.09.2018. године.

Поштовани, у вези појашњења конкурсне документације, у поступку јавне набавке, Потрошни материјал – шавни, по партијама бр. 26/18, обавештавамо Вас следеће:

Питање понуђача:

Поштовани,

Да ли ће се у партији 1, за ставке 10-14, 19-20 и 22-24, прихватити понуда Polyglactina 910, хирушког конца са затезном чврстином 50% након 3 недеље уместо производа Полигликолна киселина са затезном чврстином 50% након 3 недеље, што би било логично пошто су ова 2 наведена производа еквиваленти у пуном смислу те речи?

Наиме оба производа припадају синтетичким упреденим ресорптивним хируршким концима са идентичном затезном чврстином након 3 недеље и служе за збрињавање идентичне патологије, тј. за исте индикације у медицини.

Да је реч о еквивалентима сведочи и околност да се у медицинским и фармацеутским круговима реч Vicryl (што је најпознатији Polyglactin 910) користи као синоним за све хируршке конце који се израђују од Полуигликолне киселине, у шта спада и сам Vicril који је састављен од Полигликолне киселине 90% и млечне киселине 10% - доказ се налази у прилогу.

Иначе, Polyglactin 910 важи за унапређену верзију Полигликолне киселине, чија је структура и мекоћа, самим тим и поузданост везивања, унапређена, па се може говорити о квалитетнијем производу у односу на Полуигликолну киселину.

Такође, постоје бројне друге предности Polyglactina 910 у односу на Полигликолну киселину, никако обрнуто, биолошке – брже нестајање из тела по обављеној функцији, самим тим брже и лакше зарастање ране, затим предност у јачини нити итд. У прилогу се налазе докази који шаљемо о напред наведеном.

Наручилац је у претходном периоду дуги низ година радио скоро искључиво са Полуиглацтином 910, тако да верујемо да располаже довољним сазнањима и искуством који иду у прилог наших тврдњи.

Ако је овакав предлог неприхватљив за Наручиоца молимо за детаљно медицинско објашњење.

Одговор Наручиоца:

ОДГОВОР 1:

Наручилац не може прихватити тврдњу потенцијалног понуђача да су производи Polyglactin 910 и Poliglikolna kiselina "еквиваленти у пуном смислу те речи", посебно не у погледу затезне чврстоће и степену апсорпције ова два производа.

Потенцијални понуђач је као пример узео карактеристику затезне чврстоће, али само за период од 3 недеље. Међутим, у каталозима већине произвођача чији су производи нуђени у нашој и другим медицинским установама садрже дијаграме затезне чврстоће у функцији времена из којих се види да ова два производа имају различите затезне чврстоће након 7, 14 и 28 дана.

Такође постоји значајна разлика и у степену апсорпције ова два производа. У већ поменутих каталозима свих произвођача јасно се види да потпуна апсорпција производа Polyglactin 910 износи 56-70 дана, а производа Poliglikolna kiselina 60-90 дана.

Наручилац има искуства у коришћењу оба производа и такође сматра да у неким случајевима Polyglactin 910 може бити унапређена верзија Poliglikolne kiseline, али не и у сваком случају коришћења.

С обзиром да се у конкретном случају ради о набавци кроз форму Оквирног споразума на период од 2 године, то је довољно дуг период да се нашим хирурзима код неких оперативних процедура, зависно од општег стања и старости пацијента и др, покаже потреба коришћења једног или другог материјала конца. Различите оперативне процедуре захтевају различите особине хирушког материјала, те је веома важно што тачније предвидети понашање хирушког материјала након имплементације. Због горе поменутих разлога наручилац је у своју техничку спецификацију уврстио конце оба материјала, како би у сваком тренутку имао на располагању конце ова два материјала.

И у овом случају вршена су испитивања тржишта и могућности понуђача да испоруче оба материјала хируршких конца и у поменутих каталозима скоро свих произвођача постоји могућност производње хируршких конца оба материјала, што значи да се техничком спецификацијом не угрожава начело конкурентности јавних набавки.

На основу изнетих аргумената и образложења наручилац остаје при својој техничкој спецификацији удовољавајући захтеву хирурга заснованих на искуству у раду са оба материјала, као и чињеници да на овај начин задовољава своје објективне потребе за оба материјала, с обзиром да се набавка односи на период од 2 године.

Захваљујемо се на сарадњи,



Комисија за јавну набавку