

КБЦ »ДР ДРАГИША МИШОВИЋ – ДЕДИЊЕ«
Хероја Милана Тепића бр. 1
Број: 01-2075/7
Датум: 08.03.2019. године

Предмет: Појашњење 3 и 4 у вези јавне набавке, Потрошни и уградни материјал, стерилизација и ентерална исхрана, по партијама, (поступак бр. 01/19)

Веза: Захтеви е-mail од 05.03.2019. године.

Поштовани, у вези појашњења конкурсне документације, у поступку јавне набавке, Потрошни и уградни материјал, стерилизација и ентерална исхрана, по партијама бр.01/19, обавештавамо Вас следеће:

Питање понуђача 1:

Молимо да нам одговорите на додатно појашњење везано за ЈН бр. 01/19 – Потрошни и уградни материјал, стерилизација и ентерална исхрана, по партијама:
Партија број 15 – Да ли ће наручилац прихватити апликатор за лапароскопску хирургију за клипсеве величине М/Л, дужина апликатора 330 мм, дијаметра 10 мм, за порт пречника 10 мм, са равним вилицама и дугметом за ротирање осовине апликатора од 360°?

Одговор Наручиоца 1:

Поштовани,
Наручилац ће прихватити наведени апликатор.

Питање понуђача 2:

Имамо питање у вези ЈН 01/19, а везано за достављање узорака.
У конкурсној документацији сте навели да је обавезно достављање узорака за све понуђене партије за које учествујемо. Да ли је потребно доставити узорке и за партије 6,7,8 и 9?

Одговор Наручиоца 2:

Поштовани,
Обавезно је за сваку партију за коју се подноси понуда доставити узорак, како је захтевано у конкурсној документацији.
Сви узорци се по завршетку поступка јавне набавке враћају понуђачима, с тим да комисија за јавну набавку, уколико процени да је неопходно, може достављени узорак отворити и тестирати у току стручне оцене понуда.

Захваљујемо се на сарадњи,



Комисија за јавну набавку