

КБЦ »ДР ДРАГИША МИШОВИЋ – ДЕДИЊЕ«
Хероја Милана Тепића бр. 1
Број: 01-1427/4
Датум: 21.02.2019. године

Предмет: Појашњење II и обавештење о измени II конкурсне документације за јавну набавку – Одржавање медицинских апарата произвођача Drager и одржавање станице медицинског ваздуха и станице медицинских гасова са припадајућом опремом, бр.01/19

Веза: Захтев е-mail од 18.02.2018.године.

Поштовани, у вези појашњења конкурсне документације, у поступку јавне набавке – Одржавање медицинских апарата произвођача Drager и одржавање станице медицинског ваздуха и станице медицинских гасова са припадајућом опремом, бр.01/19, обавештавамо Вас следеће:

Питање понуђача:

Предмет: Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације у поступку јавне набавке мале вредности, набавка услуга - Одржавање медицинских апарата произвођача Драгер и одржавање станице медицинског ваздуха и станице медицинских гасова са припадајућом опремом, јавна набавка бр. 01/19

У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама, као потенцијални понуђач у поступку јавне набавке мале вредности, набавка услуга - Одржавање медицинских апарата произвођача Драгер и одржавање станице медицинског ваздуха и станице медицинских гасова са припадајућом опремом, јавна набавка бр. 01/19, достављамо вам захтев за појашњење конкурсне документације у предметном поступку јавне набавке.

Дана 17.02.2019. године, доставили смо вам захтев за појашњење конкурсне документације у коме смо између осталог тражили да се партија 1 подели на више партија на начин да сваки од апарата буде посебна партија или да се издвоје апарати Oxylog 1000 и лампе Solla 300/700 у посебну партију.

Како би сви апарати у партији 1 остали заједно, а са друге стране како би обезбедили већу конкуренцију међу понуђачима, молимо вас да размотрите нашу сугестију да се за партију 1 доставе сертификати за истородну опрему (на пример за апарате Oxylog 2000 или 3000 уместо Oxylog 1000 или за Фототерапију 4000 уместо Solle 300 и 700, Babytherm 8000 уместо Babytherm 8004 и сл.).

Такође вас молимо за појашњење да ли код кадровског капацитета подразумевате да понуђачи морају имати најмање два сертифицивана сервисера која заједно сертификатима могу покривати све апарате тражене у конкурсној документацији.

И на крају молимо вас да за партију 2 дозволите понуђачима да уместо тражених сертификата доставе референтне листе или уговоре закључене са здравственим установама да су одржавали истородну опрему од произвођача наведених у конкурсној документацији. (Drager, Voqe i Bush).

Одговор Наручиоца:

1. За наручиоца је прихватљиво и уважава сугестију да се за партију 1. за апарат Oxylog 1000, као доказ о обучености прихвате сертификати на име ангажованог сервисера за истородну опрему у оквиру исте фамилије уређаја као што су Oxylog 2000 или Oxylog 3000. Такође је прихватљиво да се уместо сертификата о обучености ангажованог сервисера за Babytherm 8004 прихвате сертификати на име ангажованог сервисера за истородну опрему у оквиру исте фамилије уређаја као што је Babytherm 8000.

За наручиоца није прихватљиво да се за апарат **Solla 300/700**, као доказ о обучености прихвате сертификати на име ангажованог сервисера за **Fototerapiju 4000** јер се не ради о истородним апаратима (?!), „Solla 300/700“ је операциона лампа која служи за квалитетно осветљавање специфичног радног простора операционе сале, а „Fototerapija 4000“ је терапеутска лампа!? Наручилац може прихватити једино сертификат истородног апарата типа „Sola“.

У складу са датим појашњењем Наручилац врши измену конкурсне документације.

2. За наручиоца је прихватљиво да опрема из партије 1. буде одржавана искључиво од стране сертификованог сервисера. У тренутку подношења понуда понуђач мора располагати са најмање два сертификована сервисера која заједно одговарајућим сертификатима могу покрити све апарате тражене у конкурсној документацији.

3. Како се овде ради о припреми и дистрибуцији Медицинског ваздуха који је по фармакопеји „лек“ тачно дефинисаног састава односно дефинисаних нежељених примеса, као што су влага, уљне паре и друге штетне примесе које могу угрозити пацијенте и безбедан рад апарата анестезије и интензивне неге, за наручиоца није прихватљиво да опрема из партије 2 буде одржавана од стране несертификованог сервисера.

НАПОМЕНА: Такође из разлога техничке грешке у тексту у конкурсној документацији Наручилац врши исправку назива апарата „Oxilog“ у „Oxylog“ и „Solla“ у „Sola“.

Наручилац је измењену верзију конкурсне документације објавио дана 21.02.2019. године на Порталу јавних набавки Управе за јавне набавке, и сајту Наручиоца.

У складу са ЗЈН Наручилац је дана 21.02.2019. године објавио и Обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

Захваљујемо се на сарадњи,



Комисија за јавну набавку