

КБЦ »ДР ДРАГИША МИШОВИЋ – ДЕДИЊЕ«  
Хероја Милана Тепића бр. 1  
Број: 01-2075/4  
Датум: 21.02.2019. године

**Предмет:** Појашњење 1. у вези јавне набавке Потрошни и уградни материјал, стерилизација и ентерална исхрана, по партијама, (поступак бр. 01/19)

**Веза:** Захтев е-mail од 19.02.2019. године.

Поштовани, у вези појашњења конкурсне документације, у поступку јавне набавке, Потрошни и уградни материјал, стерилизација и ентерална исхрана, по партијама бр.01/19, обавештавамо Вас следеће:

**Питање понуђача:**

Молим вас за додатно појашњење везано за ЈН бр. 01/19 – Потрошни и уградни материјал, стерилизација и ентерална исхрана, по партијама:

1. Партија број 15 – Да ли се под бочним side loaded клипсером мисли на клипсер (апликатор) за отворену хирургију чије су вилице под одређеним углом? Ако не, можете ли појаснити мало детаљније о ком клипсеру (апликатору) је реч?

**Одговор Наручиоца:**

За партију 15. мисли се на бочни side loaded апликатор за лапароскопску хирургију, дужина апликатора 330 мм, под углом 90°.

Захваљујемо се на сарадњи,



Комисија за јавну набавку