

КБЦ »ДР ДРАГИША МИШОВИЋ – ДЕДИЊЕ«

Хероја Милана Тепића бр. 1

Број: 01-1427/3

Датум: 19.02.2018. године

Предмет: Појашњење I и обавештење о измени I конкурсне документације за јавну набавку – Одржавање медицинских апарата произвођача Drager и одржавање станице медицинског ваздуха и станице медицинских гасова са припадајућом опремом, бр.01/19

Веза: Захтев е-mail од 17.02.2018.године.

Поштовани, у вези појашњења конкурсне документације, у поступку јавне набавке – Одржавање медицинских апарата произвођача Drager и одржавање станице медицинског ваздуха и станице медицинских гасова са припадајућом опремом, бр.01/19, обавештавамо Вас следеће:

Питање понуђача:

Предмет: Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације у поступку јавне набавке мале вредност, набавка услуга - Одржавање медицинских апарата произвођача Drager и одржавање станице медицинског ваздуха и станице медицинских гасова са припадајућом опремом, јавна набавка бр. 01/19.

У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама, као потенцијални понуђач у поступку јавне набавке мале вредност, набавка услуга - Одржавање медицинских апарата произвођача Drager и одржавање станице медицинског ваздуха и станице медицинских гасова са припадајућом опремом, јавна набавка бр. 01/19, достављамо вам захтев за појашњење конкурсне документације у предметном поступку јавне набавке.

1. У конкурсној документацији за партију 1 у делу захтева у погледу резервних делова захтевате од понуђача да сви понуђени резервни делови и потрошни материјали буду нови, некоришћени и оригинални или одговарајући оригиналним резервним деловима и потрошном материјалу произвођача опреме која је предмет сервисирања. Даље наводите да је уколико понуђач доставља оригиналне делове и потрошни материјал, неопходно да уз понуду достави изјаву на меморандуму произвођача опреме да ће бити снабдеван оригиналним резервним деловима и потрошним материјалом, а уколико понуђач доставља делове и потрошни материјал који је одговарајући оригиналу, неопходно је да уз понуду достави изјаву на меморандуму добављача да ће понуђач бити снабдеван одговарајућим и по свему еквивалентним оригиналним резервним деловима и потрошним материјалом који испоручује произвођач опреме која се сервисира, као и изјаву на меморандуму добављача да су резервни делови и потрошни материјал које ће испоручити добављач по квалитету и намени еквивалентни оригинални са таксативно наведеним свим каталожским бројевима са списка делова и потрошног материјала из техничке спецификације, укључујући и сервисне сетове (МХ08196, МХ08467, МХ08792, МХ08194, МХ08659).

Скрећемо вам пажњу да траженим условом дискриминишете понуђаче јер омогућавате само једном правном лицу, овлашћеном представнику произвођача опреме, привредном друштву „Drager tehnika“ Београд да може да достави прихватљиву понуду и учествује у предметном поступку јавне набавке јер ће произвођач опреме такву изјаву какву тражите дати искључиво наведеној фирми која је једини представник произвођача опреме на територији Републике Србије. Што се тиче компатибилних, односно одговарајућих делова, неспорно је да за одређени потрошни материјал постоје произвођачи који производе компатибилни потрошни материјал, али резервни делови, а посебно сетови које тражите морају бити искључиво оригинални, те не постоји могућност да понуђачи доставе изјаве од произвођача компатибилних делова и потрошног материјала из спецификације, те би опет, како би њихова понуда била прихватљива, морали доставити изјаве од произвођача опреме Drager.

Понуђачи могу делове и потрошни материјал набављати несметано и од правних лица која нису произвођачи опреме, од својих индобављача, а који опет, делове и потрошни материјал купују директно од произвођача опреме, те не видимо разлог да се ограничава конкуренција на начин да се тражи изјава од произвођача опреме, а све имајући у виду да за резервне делове и сетове из спецификације не постоје компатибилни делови и сетови.

На основу наведеног, молимо вас да измените тражени захтев на начин што ћете допустити понуђачима да доставе изјаве од правних лица од којих се снабдевају оригиналним резервним деловима да ће бити снабдевани оригиналним резервним деловима и потрошним материјалом.

2. Увидом у конкурсну документацију у поступку јавне набавке број ЈН 10/17, утврдили смо да сте предвидели за уградњу следеће сетове:

МХ08197	Трогодишњи сет за Fabius
МХ08241	Једногодишњи сет за Primus
МХ08013	Шестомесечни сет за Julian
МХ08283	Једногодишњи сет за Savinu.

У предметном поступку јавне набавке за партију 1, навели сте следеће сетове:

MX08196	Двогодишњи сет за Fabius CE
MX08467	Двогодишњи сет за Primus
MX08792	Двогод.додат сет за Primus
MX08194	Двогодишњи сет за Julian
MX08659	Двогодишњи сет за Savinu

Молимо вас за појашњење да ли је грешка код сета за апарат Fabius CE, јер би у складу са препоруком произвођача опреме за наведени апарат на ред ове године дошао једногодишњи сет, а не двогодишњи како сте у спецификацији навели.

3. У погледу кадровског капацитета за партију 1 тражите да понуђачи имају два сервисера са сертификатима издатим од произвођача опреме и то за следеће апарате: топла постела "Babytherm 8004", стац. инкубатор модел „C2000", апарат за анестезију "Fabius CE", пацијент монитор "Gamma/XL", апарат за анестезију "Julian", трансп. вентилатор "Oxilog 1000", апарат за анестезију "Primus", мех. вентилатор плућа "Savina" и операциона лампа "Sola 300/700".

Молимо вас за појашњење зашто сте тражили сертификате за само неке од апарата, а не за све апарате из спецификације и чиме сте се водили у одабору апарата за које сте тражили сертификате. Да ли то значи да за сервис апарат чије сертификате не тражите сервисер ни не морају бити обучени?

4. Молимо вас да како би обезбедили што већу конкуренцију и омогућили већем броју понуђача да учествује у предметном поступку јавне набавке, партију 1 поделите на партије, на начин да сваки апарат буде посебна партија или издвојите следеће апарате у посебну партију: Solla 300/700 i Oxulog 1000. Наведено тражимо јер према тренутном стању на тржишту сертификате за све апарате има једино представник роизвођача опреме, а наша фирма нема сертификате за апарате које смо тражили да издвојите у посебну партију (Oxu/og 1000 i /ampe Solla 300/700).

5. И на крају молимо вас да продужите рок за достављање понуда с обзиром да је први дан након објављивања поступка јавне набавке 15.02.2019. године био нерадни дан, а 16.02. и 17.02.2019. године, су били дани викенда, те понуђачи имају само 4 дана да припреме понуду, јер је отварање понуда заказано за 22.02.2019. године. Поступањем на наведени начин и роковима у предметном поступку јавне набавке онемогућавају понуђаче да постављају питања, припреме понуду, а и улажу захтеве за заштиту права.

Молимо вас да у складу са чланом 20. Закона о јавним набавкама потврдите пријем имаила.

Одговор Наручиоца:

1. Постојањем правних лица (инодобављача), који нису произвођачи опреме, а који делове купују на слободном тржишту (одговарајуће/компатибилне или оригиналне) па и директно од произвођача опреме (како и сами тврдите) те их даље препродају, не видимо сметњу да ти исти (ино)добављачи дају изјаву на свом меморандуму да су резервни делови и потрошни материјал које ће испоручити понуђачу по квалитету и намени еквивалентни оригиналним са таксативно наведеним свим каталожним бројевима са списка делова и потрошног материјала из техничке спецификације, укључујући и сервисне сетове (MX08196, MX08467, MX08792, MX08194, MX08659) !?

Наручилац, као начин доказивања захтева у погледу резервних делова уводи и следећу алтернатију, будући да постоје инодобављачи који препродају робу набављану директно од произвођача опреме:

„Уколико понуђач доставља делове и потрошни материјал који је оригиналан, неопходно је да уз понуду достави изјаву на меморандуму добављача да ће понуђач бити снабдеван оригиналним резервним деловима и потрошним материјалом које испоручује произвођач опреме која се сервисира, као и изјаву на меморандуму добављача да су резервни делови и потрошни материјал које ће испоручити добављач оригинални са таксативно наведеним свим каталожним бројевима са списка делова и потрошног материјала из техничке спецификације, укључујући и сервисне сетове (MX08196, MX08467, MX08792, MX08194, MX08659).“

2. Наручилац је спецификацијом за апарат Fabius CE определио уградњу Двогодишњег сета (MX08196), који је садржајнији од једногодишњег.

3. Сматрамо да сервисери обучени за захтеване апарате имају довољно техничког знања за квалитетно извршавање сервиса осталих апарата.

4. Из разлога економичности и функционалне целовитости апарата партије 1 није практично изводљива даља подела у подпартије. Мобилни Оксилог 1000, који се физички налази претежно у транспортном возилу се уједно користи и за збрињавање ургентних стања по потреби и служи као допуна постојећих механичких вентилатора у интензивној нези. Операциона лампа је у сали са апаратом Драгер и потребан је једновремени сервис.

5. Рок за доставу понуда ће бити продужен .

НАПОМЕНА: Наручилац је објавио измењену верзију конкурсне документације дана 19.02.2019. године на Порталу јавних набавки Управе за јавне набавке, и сајту Наручиоца.

У складу са ЗЈН Наручилац је дана 19.02.2019. године објавио и Обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

Захваљујемо се на сарадњи,



Комисија за јавну набавку