

КБЦ »ДР ДРАГИША МИШОВИЋ – ДЕДИЊЕ«
Хероја Милана Тепића бр. 1
Број: 01-2622/5
Датум: 15.03.2019. године

Предмет: Појашњење 2 и Обавештење о измени 2 у вези јавне набавке Општи потрошни и санитарски материјал, по партијама, (поступак бр. 04/19)

Веза: Захтев е-mail од 14.03.2019.године.

Поштовани, у вези појашњења конкурсне документације, у поступку јавне набавке, Општи потрошни и санитарски материјал, по партијама бр.04/19, обавештавамо Вас следеће:

Питање понуђача:

Молимо Вас за појашњење за јавну набавку број 04/19 - Општи потрошни и санитарски материјал за следеће партије:

Партија 23, 24 - Да ли је за Наручиоца прихватљиво да се понуди добро тражених карактеристика само са минималним одступањем у димензијама у погледу тражене дужине, односно молимо наручиоца да омогући да се понуде тражени фластери дужине 10м?

Партија 43 - Молимо вас да појасните шта означава могућност "back-check valvula" код траженог система за инфузију.

Одговор Наручиоца:

Поштовани,

У складу са траженим појашњењем за партију 23 и 24, Наручилац врши измену конкурсне документације.

Партија 43: "Back-check" valvula" онемогућава повратак инфузије у супротном смеру.

НАПОМЕНА: Наручилац је измењену верзију конкурсне документације 2, у excel формату, објавио дана 15.03.2019. године на Порталу јавних набавки Управе за јавне набавке и сајту Наручиоца.

Захваљујемо се на сарадњи,



Комисија за јавну набавку