

КБЦ »ДР ДРАГИША МИШОВИЋ – ДЕДИЊЕ«  
Хероја Милана Тепића бр. 1  
Број: 01-3084/6  
Датум: 18.03.2019. године

Предмет: Појашњење 2 у вези јавне набавке, Специфични и општи потрошни материјал, по партијама;  
(поступак бр. 05/19)

Веза: Захтев е-mail од 15.03.2019. године.

Поштовани, у вези појашњења конкурсне документације, у поступку јавне набавке, Специфични и општи потрошни материјал, по партијама; (поступак бр. 05/19)

**Питање понуђача:**

Молим Вас да ми одговорите на питање везано за ЈН 05/19 - Специфични и општи потрошни материјал

Партија 24, ставка 1 и 2 - Молила бих Вас да тачно презицирате на шта се тачно односи дијаметар игала (1.2мм и 0.9мм)?

**Одговор Наручиоца:**

Поштовани,  
за набавку игала за циљане биопсије фокалних промена у јетри дијаметра 0,9 и 1,2 мм, тражени профил игала најбоље одговара намени, а и прави најмању трауму ткива јетре, што значајно смањује појаву компликација, које су код инвазивних процедура као што је ова могуће. Аспирационе игле дијаметра 0,9 мм се користе ређе и намењене су искључиво за биопсију промена у јетри које су ризичније за биопсију иглама већег дијаметра конкретно 1,2 мм. Циљане биопсије фокалних промена у јетри се обављају у циљу патохистолошке верификације дијагностици примарног тумора, што омогућава даље лечење пацијената од стране онколога, а самим тим се смањују потребе за лапароскопским дијагностикама.

Захваљујемо се на сарадњи,

Комисија за јавну набавку

