

КБЦ »ДР ДРАГИША МИШОВИЋ – ДЕДИЊЕ«
Хероја Милана Тепића бр. 1
Број: 01-3084/7
Датум: 18.03.2019. године

Предмет: Појашњење 3 у вези јавне набавке, Специфични и општи потрошни материјал, по партијама; (поступак бр. 05/19)

Веза: Захтев е-mail од 15.03.2019. године.

Поштовани, у вези појашњења конкурсне документације, у поступку јавне набавке, Специфични и општи потрошни материјал, по партијама; (поступак бр. 05/19)

Питање понуђача:

Поштовани,

Молимо да нам у складу са чланом 63 Закона о јавним набавкама дате додатно појашњење у вези са припремањем понуде за јавну набавку добара – Специфични и општи потрошни материјал, јавна набавка бр. 05/19, за партију 54:

1. У партији 54 набавља се КАТЕТЕР за ендотрахеалну аспирацију, за једнократну употребу, стерилан, појединачно пакован, од медицинског ПВЦ-а без латекса, мекан, стерилан, на савијање отпоран са атрауматским кружним дисталним отвором и два бочна, мала симетрична отвора. Конектор са једним левкастим отвором за конекцију са цревом аспиратора, кодиран бојом, величине: 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20.

Молимо да омогућите да се за предметну партију понуди катетер за ендотрахеалну аспирацију захтеваних техничких карактеристика (за једнократну употребу, стерилан, појединачно пакован, од медицинског ПВЦ-а без латекса, мекан, стерилан, на савијање отпоран са атрауматским кружним дисталним отвором и два бочна, мала симетрична отвора, у величинама: 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20) **са конектором који има централни отвор за конекцију са цревом аспиратора и додатни, бочни, затворен чепом који омогућава контролу аспирације прстом и кодиран бојом?**

Катетер са конектором који има централни отвор за конекцију са цревом аспиратора и додатни, бочни, затворен чепом који омогућава контролу аспирације прстом **потпуни је функционални еквивалент** катетеру са левкастим конектором. Додатно, катетер са конектором који има централни отвор за конекцију са цревом аспиратора и додатни, бочни, затворен чепом за контролу аспирације прстом који нудимо је израђен по највишим стандардима квалитета.

Са овим производом тренутно снабдевамо велики број купаца међу којима су Клинички центар Србије, Институт за кардиоваскуларне болести Дедиње, Здравствени центар Ужице...

Како бисте се уверили у функционалност и квалитет овог катетера, расположени смо да вам дамо одређену количину узорака на тестирање пре вашег одговора - појашњења на овај Захтев.

У очекивању вашег одговора, срдечно вас поздрављамо

Одговор Наручиоца:

Због постојећег система конекције и промера црева Наручилац није у могућности да прихвати понуђени катетер.

Захваљујемо се на сарадњи,



Комисија за јавну набавку