



КБЦ »ДР ДРАГИША МИШОВИЋ – ДЕДИЊЕ«
11000 Београд, Хероја Милана Тепића бр. 1
Република Србија

ДАТУМ: 13.09.2019.године

БРОЈ: 01-11336/3

Предмет: Појашњење 1, у вези јавне набавке – Општи, специфични, лапаро, уградни и лабораторијски материјал, бр.18/19;

Веза: Е-маил захтев од 11.09.2019.године и е-маил захтев од 12.09.2019.године

Поштовани, у вези појашњења конкурсне документације, у поступку јавне набавке, **Општи, специфични, лапаро, уградни и лабораторијски материјал, бр.18/19**, обавештавамо Вас следеће:

Питање понуђача 1:

Поштовани,

Као потенцијални понуђач за ЈН 18/19 постављамо следеће питање:

Да ли је за партију 2 Вентилационе цевчице прихватљива димензија лумена 1.15 мм?

Одговор Наручиоца:

Наручилац ће извршити измену конкурсне документације за партију 2.

Питање понуђача 2:

Поштовани,

Молим Вас за следећа појашњења конкурсне документације:

У делу конкурсне документације **III Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис добара (спецификација)** у тачки 2. захтева се од понуђача да достави каталог или овлашћење носиоца дозволе за израду промотивног материјала. Молим за уклањање овог захтева за партију бр. 36, обзиром да смо једини понуђач за предметно медицинско средство у поменутој партији и до сада нисмо имали потребу да поседујемо каталог или други пропагандни материјал.

Такође сматрамо да је потребно укинути захтев за достављање узорка за партију бр.36 из разлога што то значајно поскупљује припрему понуде и приморава нас као јединог понуђача да дамо понуду преко процењене вредности.

Одговор Наручиоца:

Партија 36. - Није потребно доставити узорак, док у погледу каталога Наручилац остаје при захтевима из конкурсне документације.

У складу са датим појашњењем Наручилац ће извршити измену конкурсне документације.

Захваљујемо се на сарадњи,



Комисија за јавну набавку