



КБЦ »ДР ДРАГИША МИШОВИЋ – ДЕДИЊЕ«
11000 Београд, Хероја Милана Тепића бр. 1
Република Србија

ДАТУМ: 29.11.2019.године

БРОЈ: 18-15236

Предмет: Појашњење 3, у вези јавне набавке – Општи, специфични, уградни и лабораторијски материјал, бр. 29/19;

Веза: Е-маил захтев понуђача од 29.11.2019.године

Поштовани, у вези појашњења конкурсне документације, у поступку јавне набавке Општи, специфични, уградни и лабораторијски материјал, бр. 29/19, обавештавамо Вас следеће:

Питање понуђача :

Везано за ЈН 29/19, Општи, специфични, уградни и лабораторијски материјал, у партији бр.8, Absoerber CO2 (sodalime), између осталог сте тражили да облик грануле буде „D ili sferičnog oblika“.

С обзиром да је опште познато да сваки произвођач за одређени модел апсорбера има „свој“ облик грануле, а који нема пресудан утицај на ефикасност медицинског средства, молимо Вас да нам одговорите:

Да ли је за Наручиоца прихватљив и ваљкасти облик (странд) гранулата?

У случају прихватања овог облика омогућавате већу конкуренцију за поментут партију.

Одговор Наручиоца:

Наручилац ће у складу са питањем извршити измену конкурсне документације

Захваљујемо се на сарадњи,



Комисија за јавну набавку