



**КБЦ »ДР ДРАГИША МИШОВИЋ – ДЕДИЊЕ«  
11000 Београд, Хероја Милана Тепића бр. 1  
Република Србија**

**ДАТУМ: 17.12.2019.године**

**БРОЈ: 18-16049**

**Предмет: Појашњење 1, у вези јавне набавке – Набавка и контрола заштитне опреме и средстава личне заштите на раду за рад у зони јонизујућег зрачења, бр. 17М/19;**

**Веза: Е-маил захтев понуђача од 16.12.2019.године**

Поштовани, у вези појашњења конкурсне документације, у поступку јавне набавке Набавка и контрола заштитне опреме и средстава личне заштите на раду за рад у зони јонизујућег зрачења, бр.17М/19, обавештавамо Вас следеће:

**Питања понуђача :**

**ПРЕДМЕТ: ЗАХТЕВ за додатно појашњење конкурсне документације ЈН 17М/19 — Набавка и контрола заштитне опреме и средстава личне заштите на раду за рад у зони јонизујућег зрачења**

Поштовани,

У прилогу бр. 7 — Врста, техничке карактеристике (спецификација), квалитет, количина и опис добара, за партију бр. 2 наведене су под редним бројем:

**Питање бр. 1.** 2/1; 2/2; 2/3 - Заштитне кецеље једноделне, једностране, од оловне гуме, са интегрисаном заштитом за гонаде, еквивалент олова напред 0,50мм, а позади 0,25мм. Овако дефинисан еквивалент олова односи се на двостране заштитне кецеље, заштита напред 0,50мм, позади 0,25мм, а код једностраних заштитних кецеља еквивалент олова је само напред 0,50мм.

Питање је да ли се захтеву траже једностране или двостране заштитне кецеље?

**Питање бр.2** - 2/6 — Заштитне наочаре заштита са предње и бочне стране — У захтеву није прецизно дефинисан еквивалент олова да ли је 0,75мм везан и за предњу и за бочну страну или је у питању други еквивалент олова са бочне стране ?

**Одговори Наручиоца:**

**Одговор за питање бр.1**

Наручилац захтева **једностране**, са делимичном заштитом и на леђима (позади) 0,25мм.

**Одговор за питање бр.2**

За партију 2/6 -Наручилац ће извршити измену конкурсне документације

Захваљујемо се на сарадњи,



**Комисија за јавну набавку**