



КБЦ »ДР ДРАГИША МИШОВИЋ – ДЕДИЊЕ«  
11000 Београд, Хероја Милана Тепића бр. 1  
Република Србија

**ДАТУМ:** 20.01.2020.године

**БРОЈ:** 18-647

**Предмет:** Појашњење 1, у вези јавне набавке – Општи потрошни - ендоскопски материјал, бр.42/19;

**Вежа:** Е-маил захтев понуђача од 17.01.2020.године;

Поштовани, у вези појашњења конкурсне документације, у поступку јавне набавке Општи потрошни - ендоскопски материјал, бр.42/19, обавештавамо Вас следеће:

**Питање понуђача :**

Поштовани, обраћамо вам се у складу са чл. 63 ЗЈН, са следећим захтевима за додатно појашњење конкурсне документације за поступак ЈН 42 / 19, а у вези партије 1, ендоскопски материјал:

1.У партији 1, Ставка 1 потражујете жичани водич од нитинола са флексибилним правим врхом 70 мм, промера 0,035 1', радне дужине 4500 мм, са маркерима за оријентацију и мерење дужине стриктура.

Да ли је могуће понудити жичани водич од нитинола са флексибилним правим врхом 5 цм , промера 0,035", радне дужине 4500 мм, са маркерима за оријентацију и мерење дужине стриктура?

2.У партији 1, Ставка 2 потражујете жичани водич од нитинола са флексибилним закривљеним врхом 70 мм, промера 0,035 11 , радне дужине 4500 мм, са маркерима за оријентацију и мерење дужине стриктура.

Да ли је могуће понудити жичани водич од нитинола са флексибилним правим врхом 5 цм , промера 0,035 11 , радне дужине 4500 мм, са маркерима за оријентацију и мерење дужине стриктура?

3.У партији 1 , Ставка 3 постажујете корпица са 8 жица, ротабилна, ширина отварања корпице 20 мм, компатибилан са ургентним литотриптором BML-110А-1.лнтегрисана дршка (радна дужина 1900 мм, мин. радни канал 2,8 мм).

Да ли је прихватљиво понудити Корпа за ERCP за екстракцију калкулуса трапезоидна са 4 жице, промера отворене корпе 1,5 цм, 2цм, 2,5 цм и 3 цм , за жицу водич промера 0.035 ин (0.89 мм) и радни канал промера 3,2 мм, за једнократну употребу?

Да ли је могуће понудити Балон катетер за екстракцију камена, мултипле величине балона 15/ 18/ 20 мм или 12/ 15/ 18 мм, прекалибрисани шприц уз балон, компатибилан са 0,035 1' гуиде вуре, давање контраста изнад балона, (радна дужина 1900 мм — 2000мм, мин. радни канал 3,2 мм)?

5.У партији 1 , Ставка 5 потражујете Тролуменски папилотом- вишекратни (одвојени канали за жичани водич, жицу за сечење и убацивање контраста), дистални врх промера 4,5 Фр, дужина врха 3 мм са жицом за сечење дужине 30 мм, компатибилан са guide wire 0,035", (радна дужина 1950 мм, мин. радни канал 2,8 мм).

Да ли је могуће понудити Тролуменски папилотом за једнократну употребу (одвојени канали за жичани водич, жицу за сечење и убацивање контраста), дистални врх промера 5,5 Фр, дужина врха 5 мм са жицом за сечење дужине 20-30 мм, компатибилан са guide wire 0,03511, са системом за осигурање позиције сечења, (радна дужина 2000 мм, мин. радни канал 2,8 мм)?

6.У партији 1, ставка 6 потражујете Балон за билијарну дилатацију, компатибилан са guide wire 0,035", дужина балона 20-40 мм, спољни пречник 4-6 мм (радна дужина 1800 мм, мин. радни канал 2,8 мм).

Да ли је могуће понудити Балон за дилатацију једњака са рендгенским маркером; компатибилан са жичаним водичем 0,035 инцх; дужина балона 40 мм-6 мм; спољни пречник балона 8 мм; радна дужина 1800 2400 мм; минимални радни канал 2,8 мм?

Сматрамо да бј ваш позитиван одговор на постављена питања био у потпуности у складу са начелом обезбеђивања конкуренције које је предвиђено чл. 10. ЗЈН.

**Одговор Наручиоца:**

Наручилац остаје при захтеваним техничким карактеристикама у складу са својим потребама, за партију 1. ставке од 1-6.

Захваљујемо се на сарадњи,



**Комисија за јавну набавку**