



KBZ »DR DRAGIŠA MIŠOVIĆ – ĐEDIŃE«
11000 Београд, Хероја Милана Тепића бр. 1
Република Србија

ДАТУМ: 14.02.2020.године

БРОЈ: 18-2090

Предмет: Појашњење 3, у вези јавне набавке – Општи потрошни, санитарски и специфични материјал бр. 04/20;

Веза: Е-маил захтев понуђача од 12.02.2020.године

Поштовани, у вези појашњења конкурсне документације, у поступку јавне набавке **Општи потрошни, санитарски и специфични материјал, бр.04/20**, обавештавамо Вас следеће:

Питања понуђача:

Poštovani,

Kao generalni zastupnik kompanije Teleflex RUSCH vodećeg svetskog proizvođača u domenu medicinskog potrošnog materijala u domenu anestezije, urologije i hirurgije, učestvujemo na predmetnoj javnoj nabavci i uvidom u tehničku specifikaciju uočili smo da je koncipirana tako da onemogućući učešće naše kompanije i to kako sledi:

1. Za partiju 49 – naručilac je potpuno neopravdanao u istoj partiji povezao antibakterijske filtere i sistem creva za anesteziju prevučених srebrom (ne ulazeći u razloge naručioca jer je poznato da studije dokazuju da sloj srebra ne može da utiče na antimikrobnu zaštitu više od filtera jer bakterije putuju vazduhom a ne hodaju po površini creva) i poznato je da ova creva ima samo jedan ponuđač na našem tržištu, dok antibakterijske filtere definisanih performansi može da ponudi više kompanije uključujući i našu koja ima čak bolje karakteristike od traženih pa upućujemo zahtev za razdvajanje pomenute partije kako bi se omogućilo relevantnim kompanijama da učestvuju, pa i našoj, što bi sigurno dovelo i do značajno nižih cena, imajući u vidu visoku prignoziranu vrednost.

Ovde želimo i da napomenemo da smo Načalnika anestezije KBC Mišović više puta detaljno informisali o performansama HEPA filtera klase 13 filtracije koje imaju svi ozbiljniji proizvođači pa i Teleflex RUSCH a koja dokazano jedina predstavlja istinsku zaštitu od svih tipova virusa pa i mutiranih čestica uključujući SAARS, prički grip, svinjski grip, tuberkulozu itd i da velike institucije u zemlji i okruženju već odavno koriste ovakav tip filtera, a da je trenutno zbog svetske situacije sa novim virusom potražnja za ovim filterima enormna, pa ukoliko je bila intencija da se poveća stepen sigurnosti i zaštite pacijenta ali i osoblja čudimo se da nije uvršten ovakav tip filtracije najvećeg stepena zaštite.

2. Za partiju 79 – naručilac je specificirao traheo-bronhijalni tubus, velikog volumena a malog pritiska balona ali je veličine tubusa, suprotno logici kvaliteta, definisao tako da naša kompanija Teleflex RUSCH koja ima tubuse duže od traženih, a poznato je da zbog konfiguracije pacijenata pogotovo kod širih promera je poželjna veća dužina tubusa, ne može da učestvuje na ovoj specifikaciji.

Dakle, tražena specifikacije je prepisana od proizvođača Malinkrodt ali tako da je za promere 8.0, 8.5, 9.0 pa i 9.5 mm definisana ista dužina tubusa od 320mm, što je van svake logike i funkcionalnosti jer je opšte poznato da dužina tubusa mora da prati promer i ova karakteristika proizvođača Malinkrodt koja predstavlja oznaku nekvaliteta a ne kvaliteta je uzeta kao etalon i time eliminisano učešće kompanija koja ima tubuse čije su dužine srazmerne promeru.

Ne ulazeći u razloge naručioca da prepíše tehničku specifikaciju Malinkrodt upućujemo zahtev da se umesto +5% odstupanja preinači u tražene minimalne dužine čime bi se omogućilo učešće kompanije istog ili većeg kvaliteta.

3. Za partiju 81 – naručilac je naveo da je tražena specijalno obrađena površina tubusa po tipu "satin slip" – pošto je to zaštićeno ime karakteristike jednog proizvođača, u skladu sa ZJN naručilac je dužan da doda opis "ili ekvivalent" ili alternativno da izbriše "satin slip" jer karakteristika "obrađene površine tubusa za lako uvođenje fiberoptičkog endoskopa" dovoljno govori za sebe i ne mora da postoji trade mark jednog proizvođača.

Tražena je karakteristika i "15mm nevidljivog konektora" pa molimo da naručilac ovo eliminiše, svakako da boja konektora nema veze sa njegovom funkcijom ili da potvrdi prihvatanje belog ili plavog konektora.

Dalje, naručilac ponovo definiše karakteristiku dužine preko nekvaliteta jer je poznato da je poželjna veća dužina tubusa pogotovo kod većih promera od 8.0mm pa navise (ponovo je kao etalon definisana nelogičnost da je za šire tubuse definisana ista dužina) i upućujemo zahtev da se umesto +5% preinači u traženu "minimalnu dužinu tubusa".

Dakle, tehničkom specifikacijom je naručilac za pomenute partije onemogućio proizvođaču Teleflex RUSCH, koji je u samom vrhu svetskog kvaliteta da učestvuje i to smatramo velikom diskriminacijom i zloupotrebom ZJN.

Kompanija RUSCH postoji od 1856 godine, ima najviši stepen kvaliteta i standarda, izrazito je inovativna kompanija (Ing Foley iz RUSCH GmbH je i proizveo prvi kateter sa balonom na svetu, po kome se ovi kateteri zovu Foley kateteri) sa antibakterijskim materijalima i upravo je kompanija koja je proizvela najbolji filter na svetu sa stepenom filtracije HEPA klase 13 koji je kao što smo pomenuli u doba epidemije ptičjeg gripa bio jedini traženi filter jer je pružao zaštitu pacijentima ali i osoblju.

Već nekoliko godina naručilac tendenciozno ograničava tehničku specifikaciju tako da ne dozvoljava visokokvalitetnoj kompaniji da učestvuje dok su svi naši partneri velike institucije i bolnice u zemlji i regionu i to ne možemo više da tolerišemo i upućujemo zahtev da se u skladu sa zakonom izvrše tražene korekcije specifikacije.

Одговори Наручиоца:

1. Наручилац остаје при захтевима из конкурсне документације, али ће извршити делимичну измену.
2. Наручилац остаје при захтевима из конкурсне документације, али ће извршити делимичну измену.
3. Наручилац ће извршити измену конкурсне документације на начин што се брише: „по типу "satin slip", као и "nevidljivim".



Комисија за јавну набавку

Ignjatovic D. B.