



КБЦ »ДР ДРАГИША МИШОВИЋ – ДЕДИЊЕ«
11000 Београд, Хероја Милана Тепића бр. 1
Република Србија

ДАТУМ: 13.02.2020.године

БРОЈ: 18-2071

Предмет: Појашњење 1, у вези јавне набавке – Општи потрошни, санитарски и специфични материјал бр. 04/20;

Веза: Е-маил захтев понуђача од 11.02.2020.године

Поштовани, у вези појашњења конкурсне документације, у поступку јавне набавке **Општи потрошни, санитарски и специфични материјал, бр.04/20**, обавештавамо Вас следеће:

Питања понуђача:

Поштовани,

У конкурсној документацији, у спецификацији за партију бр. 42 тражено је следеће:

Igle za biopsiju prostate, величина игле: 18G x 20 cm, sa opcionim ehogenim koaksijalnim uvođaćem igle, величине: 17G x 14.6 cm za BARD MAGNUM aparat.

Напомињемо да у процењену вредност није могуће уврстити опциони коаксијални увођач, цена покрива само иглу за биопсију. Коаксијални увођач се може посебно фактурисати.

Питање бр. 1 – Молимо Вас да нам појасните, шта значи „опциони“ ехогени коаксијални увођач. Да ли то значи да предвиђена цена покрива игле за биопсију, а да ће се опциони коаксијални увођачи финансирати из посебног буџета, с обзиром да процењена вредност партије не покрива и игле и коакцијале?

Питање бр. 2 – Молимо Вас за појашњење да ли је тражена величина опционог коаксијалног увођача, 17G x 14.6 cm, штампарска грешка, с обзиром да уз иглу 18G x 20 cm припада увођач величине 17G x 17 cm.

Одговори Наручиоца:

1. Игла треба да буде са увођачем.

Наручилац ће изменити процењену вредност

2. Наручилац ће у складу са питањем извршити измену конкурсне документације



Комисија за јавну набавку

Др Драгиша Мишовић