



КБЦ »ДР ДРАГИША МИШОВИЋ – ДЕДИЊЕ«
11000 Београд, Хероја Милана Телића бр. 1
Република Србија

ДАТУМ: 18.02.2020.године

БРОЈ: 18-2200

Предмет: Појашњење 6, у вези јавне набавке – Општи потрошни, санитарски и специфични материјал бр.04/20;

Веза: Е-маил захтев понуђача од 17.02.2020.године.

Поштовани, у вези појашњења конкурсне документације, у поступку јавне набавке **Општи потрошни, санитарски и специфични материјал, бр.04/20**, обавештавамо Вас следеће:

Питања понуђача:

Поштовани,

Везано за ЈН 04/20, Општи потрошни, санитарски и специфични материјал, у партији бр.49, ставка 3. - Koaksijalni sistem creva za anesteziju (UniFlow), prečnika 30mm, antimikroba zaštita na bazi jona srebra, sa balonom zapremine 2l, integrisanom linijom za respiratorni monitoring, dužine 1.6m, nastavkom (rukom) 0.5m (zamena na 7 dana, antibakterijska efikasnost 99.9 %) (za anesteziološku radnu stanicu AVANCE)

и у партији

бр.50, ставка 1.- Višekratni animikrobni zatvoreni kružni sistem za disanje dužine 1.6m+grana 0.8m, balom 2l i koleno konekcija 22M/15F, na bazi jona srebra, sa mogućnošću upotrebe za više pacijenata u periodu od minimum 7 dana, rezistentan na minimum 5 grupa multi-drug otpornih mikroba za anesteziološke aparate, молимо Вас да одговорите:

Пошто се ради о специфичним системима чија функција је спречавање ширења микроба, и пошто је Наручилац јасно одредио које услове ситеми треба да испуњавају у погледу резистентности и времена употребе молимо Вас да наведете које документе произвођача је потребно приложити уз понуду за наведене партије/ставке као доказ да понуђено медицинско средство испуњава карактеристике наведене у захтевима Наручиоца?

Одговори Наручиоца:

Наручилац је конкурсном документацијом захтевао: „Понуђач је дужан да уз понуду достави оригинални каталог произвођача понуђеног добра са карактеристикама производа које нуди из којег наручилац може утврдити да ли понуђена добра одговарају захтевима из техничке спецификације. У случају да каталог није издат од стране произвођача добра, неопходно је доставити овлашћење произвођача за израду пропагандног материјала. Наручилац дозвољава да се уместо целог каталога достави извод из каталога издатог од стране произвођача. Уколико каталог (извод каталога) није на српском језику, неопходно је доставити и превод на српски језик.

Понуђач је дужан да у каталогу означи добро које нуди са обавезном назнаком броја партије (уколико се партија састоји од више ставки назначити и број ставке).

Уколико каталаг није издат од стране произвођача добра, уз каталог је неопходно доставити овлашћење издато од стране произвођача добра за израду промотивног материјала.“

Уколико из каталога произвођача није могуће утврдити све захтеване техничке карактеристике, потребно је као доказ од произвођача понуђеног добра доставити изјаву, потврду, декларацију производа или др. из које се на јасан, недвосмислен и несумњив начин може утврдити да понуђена добра одговарају захтеваним техничким карактеристикама.

