



КБЦ »ДР ДРАГИША МИШОВИЋ – ДЕДИЊЕ«
11000 Београд, Хероја Милана Тепића бр. 1
Република Србија

ДАТУМ: 22.06.2020.године

БРОЈ: 18-7272

Предмет: Појашњење 1, у вези јавне набавке – Специфичан медицински потрошни материјал за Одсек интервентне кардиологије Клинике за интерну медицину, бр. 18/20;

Веза: Е-маил захтев понуђача од 18.06.2020.године

Поштовани, у вези појашњења конкурсне документације, у поступку јавне набавке Специфичан медицински потрошни материјал за Одсек интервентне кардиологије Клинике за интерну медицину, бр. 18/20, обавештавамо Вас следеће:

Питања понуђача:

Молим вас за додатно појашњење за ЈН ОП 18/20 - Специфичан медицински потрошни материјал за Одсек интервентне кардиологије Клинике за интерну медицину, партија бр. 10.

Наиме, у партији бр. 10, сте при опису спецификације навели заштићени назив „Easy Vent“ вентил који минимализује ризик контаминације додиром, такође наводите и закривљену канилу која је заштићени патент истог произвођача а која спречава појаву ваздуха у систему.

Функција Easy vent вентила и закривљене каниле спречава стварање мехурића у течности и минимизирање ризика контаминације се може обезбедити и коришћењем других трансдјусера али се обезбеђује на другачији начин те вас, молимо да на крају описа спецификације додате и "или одговарајуће" како би се омогућило и понуђачима других произвођача трансдјусера да се јаве на предметну партију и тиме обезбедите конкурентност. Такође, вас молим за појашњење да ли бисте поред Gabarith testa прихватили и трансдјусере који су усклађени са стандардом ААМ1 ВР22 који се такође бави, безбедношћу и ефикасношћу трансдјусера и такође са тим обезбедили конкурентност.

Одговори Наручиоца:

Наручилац ће у складу са питањем извршити измену конкурсне документације.

Комисија за јавну набавку